

CSN

CONSEJO DE
SEGURIDAD NUCLEAR

168424

CSN/AIN/15/IRA-1724/07

Hoja 1 de 3

ACTA DE INSPECCION

D. [REDACTED] Inspector del Consejo de Seguridad Nuclear.

CERTIFICA: Que se ha personado el día diez de octubre de dos mil siete, en OBRASCON HUARTE LAIN, SA., sito en el [REDACTED] en Azuqueca de Henares (Guadalajara).






Que la visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva, destinada a medida de humedad y densidad de suelos, ubicada en el emplazamiento referido y cuya autorización en vigor (MO-2), fue concedida la Dirección General de Política Energética y Minas, del Ministerio de Industria Turismo y Comercio, en fecha 11 de mayo de 2000.


Que la Inspección fue recibida por D. [REDACTED] Supervisor de la instalación, quien aceptó la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la Seguridad y Protección Radiológica.

Que los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la inspección, que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en el trámite de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese que información o documentación aportada durante la inspección, podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:



- En el momento de la inspección, en un recinto, señalizado, provisto de acceso controlado y de extinción de fuego, se encontraban almacenados nueve equipo  n.ºs. 23945, 16648, 17785, 17349, 24112, 17898, 16512, 24241/v-s(2003), 22243/v-s(2003). Que según se manifestó y las anotaciones contenidas en los Diarios de Operación, los equipos no han sido utilizados desde la última inspección de fecha 28.10.2004.-----
- Consta hayan sido revisados los citados equipos y realizadas pruebas de hermeticidad a sus fuentes radiactivas, por la firma  en fecha abril de 2007.-----
- Los niveles de radiación medidos en el recinto de almacenamiento, se encontraban dentro de los límites autorizados.-----
- Disponían de nueve equipos para la detección y medida de la radiación  n.ºs. 1575, 1811, 1813, 1372, 0522, 0487, 0504, 0373, 0348, calibrados en la  en fecha 2004, en el momento de la inspección en calibración.-----
- Fue exhibida la documentación, siguiente: Diario General de la instalación de ref. 420.1.91, disponiendo de un Diario por equipo, de ref: 130.2.94(23945), 29.1.89(16648), 226.1.90(17785), 230.1.89(17349), 129.2.94(24112), 225.1.90(17898), 21.1.89(16512), 38.2.95(24241), 40.2.95(22243).-----
- Disponían de dos Licencias de Supervisor, y cuatro Licencias de Operador.-----
- De la revisión de los registros dosimétricos relativos registros a seis usuarios al mes de agosto de 2007, no se deducen valores significativos, realizándose la vigilancia médica en -----




CSN

CONSEJO DE
SEGURIDAD NUCLEAR


CSN/AIN/15/IRA-1724/07

Hoja 3 de 3




- Consta se haya dado cumplimiento a la Esp. 18^a, correspondiente al envío del informe anual de la instalación.-----

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear, el RD 1836/1999, por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, el RD 783/2001, por el que se aprueba el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes y la referida autorización, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Madrid y en la Sede del Consejo de Seguridad Nuclear a 11 de octubre de dos mil siete.




TRÁMITE. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo. 45.1 del RD 1836/1999, se invita a un representante autorizado de **OHL, SA** para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.

CONFORME:



Fdo:



- SUPERVISOR -

ARZUQUECA DE HENDRES, 22-OCT-2007