

ACTA DE INSPECCION

D. [REDACTED], Inspector del Consejo de Seguridad Nuclear.

CERTIFICA: Que se personó el día dieciocho de febrero de dos mil catorce en **RECICLAJES INTEGRALES REVIMAR, S.L.**, sito en [REDACTED], Alcalá de Guadaira (Sevilla).

Que la visita tuvo por objeto efectuar la inspección previa a la puesta en marcha de una instalación radiactiva destinada a análisis instrumental, cuya autorización de funcionamiento fue concedida por la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, Energía y Turismo en fecha 10 de julio de 2012, y con sede ubicada en el lugar citado.

Que la Inspección fue recibida por D. [REDACTED], Operador de la instalación, D. [REDACTED], Supervisor de la instalación, y D. [REDACTED] Representante de Panatec, en representación del titular, quienes aceptaron la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la seguridad y protección radiológica.

Que los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

De las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:


- Disponen de un equipo autorizado [REDACTED] con n/s 35557. _____
- El equipo tenía una placa identificativa con los datos del mismo. _____
- Estaba disponible el albarán de compra a [REDACTED] manual, de funcionamiento y declaración de conformidad. _____

[REDACTED]





- Para almacenar el equipo tienen un armario dotado de cerradura. Las llaves se encuentran custodiadas por el personal responsable. _____
- Estaba disponible el informe dosimétrico del mes de diciembre del año 2013 para dos dosímetros personales gestionados por _____
- En marzo de 2013 se registraron dosis administrativas por no envío de dosímetro a D. _____ y D. _____ de 120 mSv en dosis superficial y 6 mSv en dosis profunda. _____
- Realizan reconocimientos médicos en el Servicio de _____
- Disponen de un monitor de radiación _____ n/s 40210 con certificado de calibración en origen de fecha 27/04/12. _____
- Disponen de un programa de calibración de los sistemas de detección y medida de la radiación, en el que se indica que la calibración se realizará cada cuatro años. _____
- Realizan vigilancia radiológica de la instalación. Último registro de diciembre del año 2013. _____
- El equipo dispone de indicador luminoso y sensor de proximidad. _____
- La activación de la radiación se realiza pulsando el gatillo, con el sensor de proximidad activado y el pulsador de seguridad manual. _____
- Las tasas de dosis medidas al realizar diferentes disparos no fueron significativas. _____
- Disponen de Diario de Operación diligenciado. _____

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980, de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear, el RD 1836/1999, por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, el RD 783/2001, por el que se aprueba el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes; y la referida autorización, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Madrid, y en la Sede del Consejo de Seguridad Nuclear a veintiséis de febrero de dos mil catorce.




TRAMITE- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del RD 1836/1999, se invita a un representante autorizado de **“RECICLAJES INTEGRALES REVIMAR, S.L.”** para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.



J.H.F.



Revimar

RECUPERACIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS
Gestor Autorizado AN-0092 Residuos Peligrosos



Gestor Residuos Urbanos N° 149

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
REGISTRO GENERAL

ENTRADA 12975

Fecha: 04-08-2014 13:32

Consejo de Seguridad Nuclear

Pedro Justo Dorado Dellmans,11
28.040-Madrid

Asunto: Informe Acta De Inspección.

Estimado Sr.

Por medio de la presente se le hace entrega del acta de inspección realizada en nuestras instalaciones con fecha 14 de febrero de 2014.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

En Alcalá de Guadaíra a 31 de Julio de 2014




Apd

illa:

