

CSN

CONSEJO DE
SEGURIDAD NUCLEAR

177245

CSN/AIN/07/IRA/2483/08

Hoja 1 de 3

ACTA DE INSPECCION

D. [REDACTED] Inspector del Consejo de Seguridad Nuclear.

CERTIFICA: Que se han personado el día diez de noviembre de dos mil ocho, en GE.HEALTHCARE BIO-SCIENCES, SA. sito en el Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, calle [REDACTED] en Zaragoza.

Que la visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva, ubicada en el emplazamiento referido, destinada a: Comercialización y distribución de radiofarmacos, cuya autorización modificación (MO-4) fue concedida por la Dirección General de de Política Energética y Minas. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, en fecha 28 de mayo de 2008.

Que la Inspección fue recibida por D. [REDACTED] Supervisor de la Instalación, en representación del titular, quien aceptó la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la seguridad y protección radiológica.

Que los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.


Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:

- En el momento de la inspección, en la instalación radiactiva, señalizada y provista de acceso controlado, se encontraba disponible material radiactivo, dentro de los límites autorizados, así como cuatro fuentes encapsuladas de: Cs-137 ref. 744, Ba-133 ref.707, Co-57 ref. 829 y Co-60 ref. 683, destinadas a calibración, y otra de Co-57 de ref.788, en espera de retirada su como residuo.-----



- Los niveles de radiación medidos en la instalación, se encontraban dentro de los límites autorizados.-----
- En la citada dependencia se encontraba instalado un equipo para la detección y medida de la radiación, [REDACTED] nº. 3336, con sonda de radiación (2282) y de contaminación (8475, calibrado en fecha 2008, en el [REDACTED]-----
- Disponen de medios adecuados de manipulación, descontaminación superficial [REDACTED] y para el almacenamiento de material y residuos radiactivos, delantal plomado, así como superficies en general.-----
- Disponible Diario de Operación, de ref.26/08.-----
- Disponible dosimetría personal y de anillo, referidos a seis usuarios(cinco doble anillo), cuyo último registro figura con fecha septiembre de 2008, realizando la vigilancia médica [REDACTED]-----
- Disponen de tres Licencias de Supervisor y dos Licencia de Operador.-----
- Consta se haya dado cumplimiento a la esp.20, relativa al informe anual de la instalación.-----
- Consta se realiza en los procedimientos de formación continua, aspectos relacionados con la protección radiológica.-----
- Los productos radiactivos dosificados, son suministrados al Servicio de Medicina Nuclear, así como los residuos generados al Servicio de Física y Protección Radiológica.-----

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 (reformada por Ley 33/2007) de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear, el RD 1836/1999 (modificado por RD 35/2008), por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, el RD 783/2001, por el que se aprueba el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes y la referida autorización, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Madrid y en la Sede del Consejo de Seguridad Nuclear a catorce de noviembre de dos mil ocho.




CSN


CONSEJO DE
SEGURIDAD NUCLEAR

CSN/AIN/07/IRA/2483/08

Hoja 3 de 3



TRÁMITE. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del RD 1836/1999, se invita a un representante autorizado de "GE. HEALTHCARE BIO-SCIENCES, SA." para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.

Yo, , supervisor de la instalación radiactiva IRA 2483 y representante autorizado de GE Healthcare Bio-Sciences S.A., manifiesto mi conformidad con el contenido de este Acta.

En Zaragoza, a 26 de noviembre de 2008