



ACTA DE INSPECCION

D. [REDACTED], Inspector del Consejo de Seguridad Nuclear,

CERTIFICA: Que se personó el día dieciséis de julio de dos mil trece en la **DELEGACIÓN de GEOPRIN, SA** sita en [REDACTED] [REDACTED], de Sevilla (41016).

Que la visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva, ubicada en el emplazamiento referido, destinada a medida de densidad y humedad de suelos, cuya última autorización fue concedida por Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, de fecha 17 de marzo de 2008, así como la modificación (MA-1) aceptada por el CSN con fecha 5 julio de 2010.

Que la Inspección fue recibida por D. [REDACTED] Arquitecto técnico de Prointec, en representación del titular, quien aceptó la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la seguridad y protección radiológica.

Que el representante del titular de la instalación fue advertido previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:

- La empresa Geoprin, S.A., ha sido adquirida por Prointec, S.A., el uno de junio del 2013. _____
- Geoprin, S.A. comparte edificio con Prointec, S.A. _____
- Disponen de una licencia de supervisor en vigor (D^a. [REDACTED] [REDACTED]). No consta en el CSN que hayan solicitado la asignación de dicha licencia a la ira/2555. _____

Ma
Resol. 13
Prointec



- En el bunker de Sevilla hay cuatro equipos [redacted] (n/s 310400146, n/s 30099821, n/s 30049502 y n/s 30109891) y un [redacted] n/s 22124. _____
- Los equipos están parados y no consta actividad desde la última inspección. _____
- El bunker estaba señalizado reglamentariamente y disponía de sistemas eficaces para el control de accesos. _____
- Disponían de diarios de operación para los equipos [redacted] /s 310400146, n/s 30099821, n/s 30099823 y n/s 370908835. _____
- No disponen de diario de operación para los equipos [redacted] 's 30049502, n/s 30109891 y [redacted] n/s 22124. _____
- No han enviado el informe anual del año 2012 al CSN. _____

DESVIACIONES

- No consta en el CSN que hayan solicitado la asignación de la licencia de supervisor a la ira/2555. _____
- No disponen de diario de operación para los equipos [redacted] 's 30049502, n/s 30109891 y [redacted] n/s 22124. _____
- No han enviado el informe anual del año 2012 al CSN. _____

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 (reformada por la Ley 33/2007) de creación del Consejo de Seguridad Nuclear; la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear; el RD 1836/1999 (modificado por el RD 35/2008) por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, el RD 783/2001, por el que se aprueba el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes y la referida autorización, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Madrid y en la Sede del Consejo de Seguridad Nuclear a veinticinco de julio de dos mil trece.

TRÁMITE. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 497 del RD 1836/1999, se invita a un representante autorizado de **GEOPRIN, SA** para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del acta.

[redacted]
Madrid, 5/Agosto/13

En Madrid, a 7 de Agosto de 2013.

**Asunto: Devolución de Acta de Inspección Firmada
(Ref. CSN/AIN/13/IRA/2555/13)**

Tal y como se solicita en la carta que ustedes nos enviaron (doc. con nº de salida 5796 del CSN y fecha 26-07-2013) se devuelve firmado un ejemplar del acta de inspección de la delegación de la instalación IRA 2555 el pasado 16 de julio de 2013.

Sobre la corrección de las desviaciones que en ella se indican, les comento que:

- Se adjunta fax enviado al CSN con la solicitud de registro de licencia a la IRA 2555 (IR/TO-18/01)
- Respecto a la carencia de los diarios de operaciones de los equipos [REDACTED] /s 30049502, n/s 30109891 y [REDACTED] n/s 22124 en breve procederemos bien a localizarlos bien a comprar uno para enviarlo al CSN y que nos lo diligencien.
- El informe anual de 2012 está en redacción y se les enviará en cuanto esté terminado.

Si desean algo más o tienen alguna duda pónganse en contacto con [REDACTED]
(móvil [REDACTED])

Atentamente,

P.

[REDACTED]
Responsable de la División de Ingeniería de Apoyo
[REDACTED]

DILIGENCIA

En relación con el Acta de Inspección de referencia **CSN/AIN/13/IRA/2555/13** de fecha dieciséis de julio de dos mil trece en la **DELEGACIÓN de GEOPRIN, SA** sita en [REDACTED], de Sevilla.

D^a. [REDACTED], Responsable de la Instalación, adjunta **COMENATRIOS** al contenido de la misma,

El Inspector que la suscribe manifiesta que se aceptan los comentarios.

Madrid, 29 de AGOSTO de 2013

[REDACTED]

Fdo.: [REDACTED]
INSPECTOR DE INSTALACIONES RADIATIVAS