

165548

Hoja 1 de 2

## ACTA DE INSPECCION

**D. CLEMENTE GIL MUÑOZ**, Inspector del Consejo de Seguridad Nuclear.

**CERTIFICA:** Que se ha personado el día doce de junio de dos mil siete en **ASTM**, sita [REDACTED] en Huelva.

Que la visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva destinada medida de densidad y humedad de suelos, ubicada en el emplazamiento referido y cuya autorización de modificación (MO-1) fue concedida por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, con fecha 22 de noviembre de 2006.

Que la Inspección fue recibida por [REDACTED] Supervisor, en representación del titular, quien aceptó la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la seguridad y protección radiológica.

Que los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:

- Disponen de tres equipos [REDACTED] dos en [REDACTED] nº M-371204065 y M-391005345 y uno en la delegación de [REDACTED] nº M-350607913. \_\_\_\_\_
- Los equipos se desplazan a las obras, retornando diariamente a la instalación. \_\_\_\_\_
- Disponen de tres monitores de radiación, [REDACTED] nº 44699 y 40751 calibrados en el [REDACTED] con fecha 3-10-05 y otro calibrado en origen. \_\_\_\_\_
- La revisión anual de los equipos y pruebas de hermeticidad son efectuadas por [REDACTED] \_\_\_\_\_



- Disponen de un Diario de operación general y uno por equipo. \_\_\_\_\_
- Disponen de una Licencia de Supervisor, en renovación y dos de Operador en vigor, una de Operador en renovación y han solicitado una de Operador. \_\_\_\_\_
- Disponen de dosímetros personales, sin datos significativos. \_\_\_\_\_
- El personal está clasificado en la categoría B. \_\_\_\_\_
- Disponen de material de balizamiento. \_\_\_\_\_
- Efectúan reconocimientos médicos en \_\_\_\_\_
- Han remitido al CSN el informe anual. \_\_\_\_\_

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear, el RD 1836/1999 Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, el RD 783/2001 Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes y la referida autorización, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Madrid y en la Sede del Consejo de Seguridad Nuclear a las once de junio de dos mil siete.

  

---

**TRAMITE.** En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45 del RD 1836/1999, se invita a un representante autorizado de **ASTM** para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.

*Coafano*

  
CONTROL Y MEDIO AMBIENTE, S. L. U.

  
SUPERVISOR IIR  
GERENTE.