



ACTA DE INSPECCION

D. [REDACTED] Inspector del Consejo de Seguridad Nuclear

CERTIFICA: Que se ha personado el día quince de marzo de dos mil once en el local de la [REDACTED] de Ciudad Real, donde figura inscrita la Clínica Dental cuyo titular es CEDEN SL, de NIF [REDACTED]

Que la visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva, registrada en el emplazamiento referido, destinada a radiodiagnóstico médico, y que se encuentra inscrita en el Registro oficial de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha desde fecha 12/06/2000.

Que en la ubicación citada hay en la actualidad, y desde hace varios meses, una tienda de ropa infantil, cuyos responsables desconocían el paradero de los equipos y manifestaron que no había clínica dental en el lugar desde hacía al menos un año.


Que, una vez localizada la ubicación actual de la empresa titular, en la C/ [REDACTED] en Ciudad Real (C.P. 13005), la Inspección fue recibida por D. [REDACTED], responsable de la Sociedad, quien aceptó la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la protección radiológica.

Que se advierte al representante del titular de la instalación de que el acta que se levanta así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:

OBSERVACIONES

- Según manifestaron, de los equipos que se encontraron en la última inspección, de fecha 11/10/2006, un panorámico [REDACTED] y un intraoral [REDACTED] con nº/s 32040, el equipo intraoral fue retirado por una Empresa de Venta y Asistencia Técnica, aunque no pudieron acreditarlo documentalmente; y el equipo panorámico se




encontraba almacenado y envuelto en plástico en un cuarto de baño de la localización actual de la empresa. _____


- Según manifestó el titular, el quipo intraoral del que disponían en la instalación de CEDEN de referencia RX/CR-1249, ubicada en la _____ de Almagro, y cuyo cierre ya se comprobó mediante inspección de fecha 11/10/2006, era de la marca _____ y fue vendido a la clínica dental " _____ ubicada actualmente en la c/ _____ de Ciudad Real pero que previamente estuvo durante más de un año en los locales de la _____ de Ciudad Real. _____
- El equipo panorámico está sin actividad y en espera de ser vendido a otro usuario sin que hasta la fecha de inspección haya previsto un destino inmediato. _____
- Según se manifestó y se comprobó en el local de la inspección, la empresa CEDEN SL no dispone de Clínica Dental en esa ubicación, siendo su actividad la de un centro protésico. _____

DESVIACIONES


- No han declarado ante la Administración de Industria la baja de la instalación de la _____ de Ciudad Real, ni la baja de la instalación de la calle _____ de Almagro, incumpléndose por tanto el artículo 14 del Real Decreto 1085/2009 o Reglamento sobre instalación y utilización de aparatos de rayos X con fines de diagnóstico médico. _____

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear, el Real Decreto 783/2001 Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes, y el Real Decreto 35/2008 por el que se modifica el Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Madrid y en la sede del Consejo de Seguridad Nuclear a veintidós de marzo de dos mil once.





TRÁMITE. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45 del RD 35/2008 citado, se invita a un representante autorizado del Centro "CLINICA DENTAL CEDEN SL" (Ciudad Real) para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.



Ciudad Real a 5 de abril de 2011