

SN

CONSEJO DE
SEGURIDAD NUCLEAR

CSN/AIN/38/IRA-0413 B/12

Hoja 1 de 3

ACTA DE INSPECCION

D. [REDACTED], Inspector del Consejo de Seguridad Nuclear.

CERTIFICA: Que se personó, el día cuatro de julio de dos mil doce, en el **HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GRANADA**, sito en la [REDACTED], en Granada


Que la visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva, ubicada en el emplazamiento referido, destinada a medicina nuclear, cuya última autorización (MO-9), fue concedida por la Dirección general de Política Energética y Minas. Ministerio de industria, Turismo y Comercio, en fecha 29 de mayo de 2006.

Que la Inspección fue recibida por D^a. [REDACTED]. Gerente. D. [REDACTED] Jefe del Servicio de Radiofísica Hospitalaria y D^a. [REDACTED] Supervisora, en representación del titular quienes aceptaron la finalidad de la inspección, en cuanto se relaciona con la Seguridad y Protección Radiológica.

Que los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la inspección, que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en el trámite de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese que información o documentación aportada durante la inspección, podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:

- El material radiactivo disponible en la instalación, señalizada y provista de acceso controlado, según las anotaciones del Diario de Operación de ref. 209/10, se encontraba dentro de los límites autorizados, así como dos fuentes de verificación de Co-57 nº. 60103 y 60298 de 828 y 796 MBq de actividad en origen, ubicadas en el almacén de residuos, consta se haya retirado la fuente nº 5951, por la firma [REDACTED].....



SN

CONSEJO DE
SEGURIDAD NUCLEAR

CSN/AIN/38/IRA-0413 B/12

Hoja 2 de 3

- En una dependencia se encontraba instalada una gammacámara TAC, de la firma [REDACTED], modelo [REDACTED], ref. 1050, revisada por la firma suministradora, con ref. 804200183506 y fecha 12.06.2012.-----
- En otra dependencia de la instalación, se encontraba instalado un equipo [REDACTED] de ref. TG 931203.-----
- Los residuos radiactivos sólidos producidos en la instalación, se encontraban almacenados en condiciones de seguridad en espera de su eliminación previo decaimiento o retirada, consta se realizan retiradas periódicas por la firma [REDACTED], de generadores de [REDACTED], cuya última retirada correspondiente a 13 unidades, en fecha 30.05.2012.-----
- El Sº.R.H., realiza medidas periódicas de los niveles de radiación y de contaminación.-----
- Disponen de los equipos de medida, siguientes [REDACTED] nº.4235 y [REDACTED] nº. 019699 y de contaminación: [REDACTED] A0104, y de tres equipos para la medida de la radiación ambiental [REDACTED] nº.155, [REDACTED] [REDACTED] nº.2791(sito en la Unidad de Radiofármacos), verificados periódicamente.-----
- Disponen de medios adecuados para el almacenamiento y manipulación de material y de residuos radiactivos, descontaminación [REDACTED]) y extinción de fuego, superficies, suelos y prendas de protección radiológica, así como revisión de las cámaras [REDACTED] de ref. 427 y 428.-----
- Fueron exhibidos dos Diario de Operación, uno destinado al Servicio de ref. 69.3.99, y otro destinado a Radiofármacos de ref. 209/10.-----
- De la revisión de los registros dosimétricos relativos a 15 usuarios (seis de muñeca), referidos al mes de mayo de 2012, no se deducen valores significativos.-----
- Disponen de cuatro Licencias de Supervisor y siete Licencias de Operador, realizando la vigilancia médica en el propio Hospital.-----
- Consta se haya dado cumplimiento a la especificación 14, relativa al informe anual de la instalación.-----



SN


CONSEJO DE
SEGURIDAD NUCLEAR

CSN/AIN/38/IRA-0413 B/12

Hoja 3 de 3



Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 (reformada por Ley 33/2007) de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear, el RD 1836/1999 (modificado por RD 35/2008), por el que aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, el RD 783/2001, por el que se aprueba el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes, y la referida autorización, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Madrid y en la Sede del Consejo de Seguridad Nuclear a nueve de julio dos mil doce.



TRAMITE.- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1, del RD 1836/1999, se invita a un representante autorizado de " **HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GRANADA** ", para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.

