

ACTA DE INSPECCIÓN

, funcionaria de la Generalitat de Catalunya e inspectora acreditada por el Consejo de Seguridad Nuclear

CERTIFICA: Que se ha personado el día 1 de febrero de 2023 en la clínica Dental de Nuria Novellas Canosa, con NIF en la , en Terrassa (Vallès Occidental), en Barcelona.

La visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación destinada a radiodiagnóstico dental con última inscripción de la instalación realizada en fecha 20.05.2021 en el registro de instalaciones de rayos X con finalidad de diagnóstico médico de la Direcció General d'Energia, Mines, Seguretat Industrial i Seguretat Minera del Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya.

La inspección fue recibida por , quien aceptó la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la seguridad y protección radiológica.

Se advierte a la titular de la instalación que el acta que se levante, así como los comentarios recogidos en su tramitación, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que la titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

De las comprobaciones efectuadas por la inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta:

GENERALIDADES

- La instalación se encontraba ubicada en la planta primera en el emplazamiento referido. -----
- Estaba disponible el plano de la instalación. -----
- Disponía de equipos de radiografía dental intraoral. -----
- Estaba disponible una acreditación para dirigir a nombre de .-----
- Estaban disponibles 1 dosímetro personal a nombre de para realizar el control dosimétrico de la instalación. -----

- realiza el control dosimétrico. -----
- Estaban disponibles los registros de las dosis mensuales y las acumuladas. -----
- Estaba disponible un contrato escrito con la UTPR para la realización de prestación de servicios en Protección Radiológica. -----
- Estaba disponible el programa de garantía de calidad pero no el de protección radiológica. ----
- No estaba disponible la clasificación del personal. -----
- No estaba disponible ningún certificado de conformidad extendido por la UTPR. -----
- Estaban disponibles los resultados del control de calidad de los equipos de rayos X y la vigilancia de los niveles de radiación en los puestos de trabajo realizados por la UTPR en 21.10.2022. -----
- Estaba disponible 1 delantal plomado. -----
- El equipo utilizado por la Inspección para la detección de los niveles de radiación fue uno de la firma , modelo , n/s . -----

Sala

- Dicha dependencia lindaba con: vecinos, exterior, sala y pasillo y esterilización. -----
- El acceso era controlado y se encontraba señalizado. -----
- El equipo de radiografía dental intraoral de rayos X instalado era de la firma a modelo , nº de serie de Kv y mA. -----
- Con un tiempo de exposición de segundos, no se midieron tasas de dosis significativas en el lugar ocupado por el operador en el pasillo ni en las zonas colindantes. -----

Sala

- Dicha dependencia lindaba con: Sala , vecinos, exterior y pasillo y almacén. -----
- El acceso era controlado y se encontraba señalizado. -----
- El equipo de radiografía dental intraoral de rayos X instalado era de la firma modelo , nº de serie de Kv y mA. -----
- Con un tiempo de exposición de segundos, no se midieron tasas de dosis significativas en el lugar ocupado por el operador en el pasillo ni en las zonas colindantes. -----

Desviaciones

- No estaba disponible el programa de protección radiológica. -----
- No estaba disponible la clasificación del personal. -----
- No estaba disponible ningún certificado de conformidad extendido por la UTPR. -----

Con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980, de 22 de abril, de creación del Consejo de Seguridad Nuclear; la Ley 25/1964, de 29 de abril, sobre energía nuclear; el Real Decreto 1836/1999, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas, el Real Decreto 1085/2009, de 3 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre instalación y utilización de aparatos de rayos X con fines de diagnóstico médico, el Real Decreto 1029/2022, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección de la salud contra los riesgos derivados de la exposición a las radiaciones ionizantes, así como la autorización referida, y en virtud de las funciones encomendadas por el Consejo de Seguridad Nuclear a la Generalitat de Catalunya en el acuerdo de 15 de junio de 1984 y renovado en fechas de 14 de mayo de 1987, 20 de diciembre de 1996 y 22 de diciembre de 1998, se levanta y suscribe la presente acta en Barcelona.

2023.02.07 12:56:50 +01'00'

TRÁMITE: En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45 del Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas, se invita a un representante autorizado de clínica Dental de Nuria Novellas Canosa, para qué con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.

Firmado
digitalmente por



Fecha:
2023.02.24
17:03:40 +01'00'





Diligencia

En relación con los comentarios formulados en el TRÁMITE del acta de la inspección CSN-GC/AIN/1/RX/B-31121/2023, realizada el 01/02/2023 en Terrassa, a la instalación de radiografía dental de _____, la inspectora que la suscribe declara,

Se aceptan las medidas adoptadas, que subsanan las desviaciones detectadas