


ACTA DE INSPECCION

Dr. [REDACTED], Inspector acreditado por el Consejo de Seguridad Nuclear.

CERTIFICA : Que se ha personado el día treinta de junio de dos mil nueve en la Clínica Dental SENSIDENT, SL con CIF [REDACTED], sita en la Calle [REDACTED] 07210 Algaida, Mallorca.



Que la visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación de Rayos-X ubicada en el emplazamiento referido y cuyo procedimiento de declaración y registro figura inscrito en la Dirección General de Industria de Baleares.

Que la Inspección fue recibida por D. [REDACTED] odontólogo, quién aceptó la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la seguridad nuclear y la protección radiológica.


Que los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta:


- Que la instalación de Rayos consta de :

Sala 1: Generador marca [REDACTED] modelo [REDACTED] de 70KV y 7mA de características máximas.

- Que se efectuó el control de calidad de los equipos y la vigilancia de los niveles de radiación en los puestos de trabajo el día 5 de diciembre de 2008 por la UTPR [REDACTED]
- Que se dispone de acreditación para dirigir la instalación de Rayos-X.
- Que disponen de prendas de protección suficientes para el personal de la instalación.
- Que disponen del diario de operaciones debidamente diligenciado.
- Que la instalación no se encuentra debidamente señalizada.
- Que D. [REDACTED] no dispone de dosímetro personal. No obstante existe un dosímetro e informe dosimétrico a nombre del anterior director de la instalación D. [REDACTED]



Con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear, el RD 1836/1999, por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares Radiactivas modificado por el Real Decreto 35/2008 de 18 de enero; el RD 783/2001 por el que se aprueba el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra Radiaciones Ionizantes; y la referida autorización, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Palma de Mallorca en la sede de la Consejería de Comercio, Industria y Energía de Baleares a treinta de junio de dos mil nueve.




TRAMITE.- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del RD 1836/1999 se invita a un representante autorizado de la Clínica Dental, para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.

[Redacted]

Administradora Sensident, S.L.

[Redacted]

DNI: [Redacted]



Diligencia
Conforme

[Redacted]
B7 Inspección

[Redacted]

16/07/2009

Distinguido Dr. [REDACTED]

Después de haber recibido el acta de inspección me remito a usted para informarle que ya hemos corregido las dos irregularidades que se encontraron en la inspección que se realizó el 29 de junio de 2009 en nuestra clínica dental ;

- Hemos señalado la puerta del gabinete con la pegatina de aviso de riesgo de radiación externa. (Adjuntamos copia de la señalización)
- El Dr. [REDACTED] ya dispone de dosímetro personal y esta acreditado como Director médico de la instalación. (Se adjunta fotocopia del dosímetro y documentación acreditativa)

Atentamente,

[REDACTED]
Administradora.

Diligencia /
Vizb. y [REDACTED]
El [REDACTED]
Dr. [REDACTED]
16/07/2009