

ACTA DE INSPECCION

D. [REDACTED] Inspector del Consejo de Seguridad Nuclear.

CERTIFICA: Que se ha personado acompañado de D. [REDACTED]
[REDACTED] Inspector acreditado por el Consejo de Seguridad Nuclear, en la
Región de Murcia, el día veintiocho de junio dos mil siete, en Applus
Construcción Técnica, SA (Delegación de Murcia), sita en la C/ [REDACTED]
s/n, parcela [REDACTED] s (Murcia).-----

Que la visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva, ubicada
en el emplazamiento referido, destinada a: Medida de densidad y humedad
de suelos, cuya autorización de modificación (MO-8) fue concedida por la
Dirección General de Energía y Minas. Departamento de Trabajo e Industria,
Generalidad de Cataluña, en fecha 16 de enero de 2006.

Que la Inspección fue recibida por D^a. [REDACTED] Director
Técnico, en representación del titular, quien aceptó la finalidad de la
inspección en cuanto se relaciona con la seguridad y protección radiológica.

Que los representantes del titular de la instalación fueron advertidos
previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante de este acto,
así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la
consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a
instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los
efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada
durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o
restringido.

Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la
información requerida y suministrada, resulta que:



CSN/AIN/21/IRA-1618/07



Hoja 2 de 3

- Para el almacenamiento de los equipos, disponen de un recinto blindado, señalizado, provisto de acceso controlado y extinción de fuego, de acuerdo con los planos presentados en la solicitud.-----
- Disponen de dos equipos troxler, con nºs de serie: [REDACTED] revisados y realizadas sus pruebas de hermeticidad en [REDACTED] en fecha febrero de 2007.-----
- Los Niveles de radiación medidos, en el recinto de almacenamiento, se encontraban dentro de los límites autorizados.-----
- Disponen de dos equipos para la detección y medida de la radiación un equipo para la detección y medida de la radiación: [REDACTED] nº. 50383 y TA nº. 663, calibrados en la [REDACTED].-----
- Fue exhibida la documentación, siguiente: Diario general de la instalación, de ref. 589.1.95; Registros dosimétricos referidos a dos usuarios, operadores previstos (Sres. [REDACTED] [REDACTED]), al mes de abril de 2007, sin valores significativos.-----
- Disponen de placas-etiquetas y paneles naranja, para el desplazamiento de los equipos radiactivos.-----

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear, el RD 1836/1999 Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, el RD 783/2001 Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes y la referida autorización, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Madrid y en la Sede del Consejo de Seguridad Nuclear a tres de julio de dos mil siete.



TRÁMITE. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45 del RD 1836/1999, se invita a un representante autorizado de " **APPLUS CONSTRUCCIÓN TÉCNICA, SA**" para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.

don dos equipos radiactivos almacenados en el bunker
de la delegación de la instalación corresponden a
dos equipos procedentes de la instalación 0752 y a
los cuales se les solicita, en la próxima solicitud
de modificación, su traslado a la IRA 1618 para
ser definitivamente incluidos en ésta. Asimismo,
a la vez, se solicita el cambio de nombre de la instalación

Madrid, a 16 de Julio de 2007 *

* Fecha recepción ante Supervisor

[Redacted signature area]

A+

[Redacted signature area]
Supervisor IRA 1618 - 0752