

ACTA DE INSPECCION

D. [REDACTED] **ARRA**, Funcionario de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia e Inspector Acreditado del Consejo de Seguridad Nuclear

CERTIFICA: Que se ha personado, el día catorce de junio de 2012 en la instalación de rayos X para diagnóstico dental con nombre comercial es Clínica Dental Mediterráneo, cuyo titular es D. [REDACTED] az, con [REDACTED] sita en [REDACTED] e Murcia.

Que la visita tenía por objeto inspeccionar una instalación radiactiva destinada a radiodiagnóstico dental, cuya última inscripción registral es de 24 de septiembre de 2002, con nº de inscripción IR/MU-1567.

Que la Inspección fue recibida por D. [REDACTED], Médico Estomatólogo, acreditado para dirigir instalaciones de rayos X dental. También acompañó a la Inspección D.^a [REDACTED], persona auxiliar, que en algún momento sustituye al Dr. actuando como operadora.

Que el representante del titular de la instalación fue advertido de que el acta que se levante así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:

OBSERVACIONES

UNO. DEPENDENCIAS Y EQUIPOS

- La instalación se encuentra ubicada en la planta [REDACTED] de un edificio de viviendas en la dirección antes indicada. _____
- En la instalación se encuentran dos equipos de RX para diagnóstico dental ubicado cada uno de ellos en su correspondiente sala. Estos equipos son un intraoral [REDACTED] (Image X) con nº de serie 25942, y un orto

_____ con nº de serie 79207. _____

- Tanto el intraoral como el orto disponen de cable extensible y pulsador en el exterior, para la realización de los disparos. _____
- La sala que contiene el orto dispone de paredes, puerta y visor de cristal, todo plomado. La sala del equipo intraoral no está plomada. _____
- La instalación dispone de la señalización reglamentaria y control de acceso. _____
- En la instalación se dispone de delantal y collarín plomados. _____

DOS. NIVELES DE RADIACIÓN.

Los niveles de radiación registrados en la instalación utilizando como elemento de dispersión vaso con agua, utilizando la técnica mas frecuente, son los siguientes:



Gabinete intraoral

kV	m A	Seg.	Puesto	µSv/h
		0,2	Operador (pasillo, junto puerta cerrada)	0,54

Sala Orto:

kV	m A	Seg.	Puesto	µSv/h
5, 7	3,2	17,6	Operador (exterior puerta pasillo)	0,189
5, 7	3,2	17,6	Puesto de recepción y administrativo	Fond o

No existe registro de este tipo de pruebas

TRES. PERSONAL DE LA INSTALACIÓN.

- Solo hay una acreditación para dirigir u operar en la instalación. _____
- No se exhiben acreditaciones de operador. _____

TRES GENERAL, DOCUMENTACIÓN

- Se exhibe a la Inspección el documento de Registro de la instalación con los aparatos en ella existentes. _____
- El control dosimétrico se refiere a un TLD de solapa utilizado, gestionado mensualmente por _____ comprobado la inexistencia de valores significativos tanto en el año en curso como en el año 2011.es. _____

- Dispone de Control de Calidad anual realizado con fecha 6/10/2011 por la UTPR _____ no señala anomalías. En este documento se recogen los datos de la vigilancia de los niveles de radiación ambiental. _____

- Se exhibe a la Inspección el Certificado de conformidad de la instalación de fecha 1/3/2011, emitido por _____

- Se exhibe contrato con la UTPR _____ de fecha 22/9/2012. _____
- La Inspección constata la disposición del Programa de Protección Radiológica.

Se exhibe certificado de vigilancia de nivel de radiación emitido por la UTPR _____ con fecha 6/10/2011. _____

Se exhibe informe anual sin poder justificar su remisión al CSN. _____

DESVIACIONES

- Durante la inspección la auxiliar de la instalación actuó como operadora sin disponer de la acreditación pertinente. _____

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear, el Real Decreto 783/2001 Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Murcia y en la sede de La Dirección General de

Industria, Energía y Minas de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a veinticinco de junio de 2012.



EL INSPECTOR ACREDITADO POR EL
C. S. N.

TRÁMITE. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del RD 1836/1999 citado, se invita a un representante autorizado de D. Enrique Fernández Alcaraz (Clínica Dental Mediterráneo) en Murcia, para que con su firma, lugar y fecha, manifieste, a **continuación**, su conformidad o reparos al contenido del Acta.

Durante la inspección, estando yo atendiendo al inspector pero también a pacientes, en algún momento pudo le auxiliar realizar alguna operación para mostrarle al inspector, por estar yo ocupado, al no pensar que tuviera importancia. Esto no ocurre cuando se trata de atender a pacientes.

Murcia, 9 de julio de 2012

DILIGENCIA

En relación con el Acta de Inspección de referencia **CSN-RM/AIN/1/RX-MU/1567/2012** de fecha 14 de junio de 2012, correspondiente a la inspección realizada en Clínica Dental Mediterráneo, sito en la calle [REDACTED], en Murcia

D. [REDACTED], titular de la instalación adjunta un ANEXO DE REPAROS o alegaciones al contenido de la misma,

El Inspector que la suscribe manifiesta:

-Se acepta el comentario que no modifica el contenido del acta

Murcia, 25 de septiembre de 2012

[REDACTED]

F