Pedro Justo Dorado Dellmans, 11. 28040 Madrid
Tel.: 91 346 01 00
Fax: 91 346 05 88

176453

CSN CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

CSN/AIN/15/IRA/0701/08

[redacted]

ACTA DE INSPECCION

D. [redacted] Inspector del Consejo de Seguridad Nuclear.

CERTIFICA: Que se ha personado el día nueve de octubre de dos mil ocho, en el **CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE MORATALAZ,** sito la calle [redacted] en Madrid.

Que la visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva, ubicada en el emplazamiento referido, destinada a: Formación profesional y docencia en el campo de radiografía industrial, cuya autorización de puesta en marcha fue concedida por el Ministerio de Industria y Energía, Dirección General de la Energía, en fecha 23 de mayo de 1983, Ref. IR/M-209/77.

Que la Inspección fue recibida por D. [redacted] Supervisor de la instalación, en representación del titular, quien aceptó la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la seguridad y protección radiológica.

[redacted]

Que los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:

- En un recinto blindado, señalizado y provisto de acceso controlado, se encontraban dos equipos generadores de rayos X [redacted] y dos gammagrafos: [redacted] ref. 651532; [redacted] de ref. 6(8)92995; [redacted] nº.1213 y NI-202 nº. 02/20, ambos sin fuente radiactiva. Los equipos de rayos X, son revisados periódicamente, desde el punto de vista de la protección radiológica, por el Supervisor de la instalación.----------

Pedro Justo Dorado Dellmans, 11. 28040 Madrid
Tel.: 91 346 01 00
Fax: 91 346 05 88

[redacted]

- Los niveles de radiación medidos, se encontraban dentro de los límites autorizados.----------
- Disponen de equipos para la detección y medida de la radiación, siguientes: [redacted] nº.013(calibrado en [redacted]-1997); Ambiental [redacted] nº. 1218023([redacted]2002); [redacted] nº.2095-057[redacted]-2002), pendientes de calibración.----------
- Disponen de una Licencia de Supervisor.----------
- En los registros dosimétricos mostrados a la inspección, referidos a dos usuarios, al mes de enero de 2008, de no se apreciaron valores significativos, realizando la vigilancia médica en el Centro Médico de la[redacted], en fecha 12.06.2008.----------
- Según se manifestó no se dispone de dosimetría personal en la actualidad, utilizando de dosímetros DLD.----------
- Disponen de dos Diarios de Operación, de ref. 309.1(84) bis 309.1.(84). ----------
- Consta se haya dado cumplimiento a la especificación 15, relativa al informa anual de la instalación----------

DESVIACIONES.

- No disponen en la actualidad dosímetros personales TLD.----------

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 (reformada por Ley 33/20079 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear, el RD 1836/1999 (modificado por RD 35/2008), por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, el RD 783/2001, por el que se aprueba el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes y la referida autorización, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Madrid y en la Sede del Consejo de Seguridad Nuclear a diez de octubre de dos mil ocho.

[redacted]

Pedro Justo Dorado Dellmans, 11. 28040 Madrid
Tel.: 91 346 01 00
Fax: 91 346 05 88

[redacted]

TRÁMITE. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del RD 1836/1999, se invita a un representante autorizado de **"CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE MORTALAZ"** para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.

Conforme, 16 OCT 2008

[redacted]

El Director del Centro

Fdo: [redacted]