

SN

CONSEJO DE
SEGURIDAD NUCLEAR

ACTA DE INSPECCIÓN

D. [REDACTED] Inspector acreditado por el Consejo de Seguridad Nuclear,

CERTIFICA: Que se ha personado el día quince de octubre de dos mil quince en la [REDACTED] de Oviedo, donde figura inscrita una instalación cuyo titular es **MARÍA LARA FUERTES REY, N.I.F. [REDACTED]**

Que la visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva destinada a uso dental ubicada en el emplazamiento indicado.

Que la inspección fue recibida por su titular, quien aceptó la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la Seguridad Nuclear y la Protección Radiológica.

Que los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante en este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

Que de las comprobaciones efectuadas por la inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:

La última inscripción en el Registro de Instalaciones de Rayos X fue realizada en julio de 2004 (IR-873).-----

SNCONSEJO DE
SEGURIDAD NUCLEAR

La instalación, de tercera categoría, está señalizada y provista de acceso controlado.-----

Se encuentran instalado un [REDACTED] (número de serie UGXA004/612288) y un [REDACTED] (3109181/58128).-----

Disponen de una acreditación para dirigir instalaciones de rayos X; dos delantales plomados y dos protectores tiroideos; así como de Programa de Protección Radiológica realizado por Asinpro en fecha indeterminada.-----

Consta se ha realizado verificación de la instalación y control de calidad de los equipos de rayos X por [REDACTED] en 2013 y 2014. Se realiza control dosimétrico de dos usuarios por [REDACTED] siendo la última lectura de agosto de 2015 sin valores significativos.-----

DESVIACIONES

No coinciden los datos registrales (un equipo intraoral) con los equipos instalados.

Con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/80, de creación del Consejo de Seguridad Nuclear; el Real Decreto 1836/1999, por el que se aprueba el Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas; el Real Decreto 783/2001, por el que se aprueba el Reglamento de protección sanitaria contra radiaciones ionizantes; y el Real Decreto 1085/2009 por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalación y utilización de aparatos de rayos X con fines de diagnóstico médico, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Oviedo, a diecinueve de octubre de dos mil quince.

TRÁMITE. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del Real Decreto 1836/1999, se invita a un representante autorizado de **MARÍA LARA FUERTES REY**, para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.

Oviedo a 3 de Noviembre de 2015.