

CSN

CONSEJO DE
SEGURIDAD NUCLEAR

Hoja 1 de 2

174751

ACTA DE INSPECCION

D. [REDACTED] Inspector del Consejo de Seguridad Nuclear,

CERTIFICA: Que se ha personado el veintiséis de junio de dos mil ocho, en el **ACCURAY SPAIN S.L.U.** sita en [REDACTED] en Madrid.



Que la visita tuvo por objeto efectuar la inspección previa a la notificación de funcionamiento de una instalación radiactiva destinada importación, comercialización, suministro, instalación y asistencia técnica del sistema de radiocirugía robótica Cyberknife y cuya autorización de funcionamiento fue concedida por la Comunidad de Madrid con fecha 14 de enero de 2008.

Que la Inspección fue recibida por D. [REDACTED] futuro Supervisor, en representación del titular, quien aceptó la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la seguridad y la protección radiológica.

Que los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:


- Han solicitado una Licencia de Supervisor para D. [REDACTED].
- Dispone de dosímetro personal con valores de fondo. _____
- Efectúa vigilancia médica en [REDACTED]. _____
- Ha efectuado formación técnica en EEUU. _____
- Conoce el Reglamento de funcionamiento y el Plan de emergencia. _____





- Dispone de un detector de radiación Roten Gam-1, nº 1807-089, calibrado en origen en noviembre de 2007. _____
- Tienen previsto remitir al CSN el Diario de Operación para ser diligenciado. _____
- Disponen de la documentación técnica del equipo. _____
- Se encuentran archivadas las hojas de intervención. _____

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 (reformada por Ley 33/2007) de creación del Consejo de Seguridad Nuclear; la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear; el RD 1836/1999 (modificado por RD 35/2008) por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas y el RD 783/2001, por el que se aprueba el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Madrid y en la Sede del Consejo de Seguridad Nuclear a veintisiete de junio de dos mil ocho.



=====

TRAMITE.- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del RD 1836/1999, se invita a un representante autorizado del **ACCURAY SPAIN S.L.U.** para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.

07/07/08

