

ACTA DE INSPECCIÓN

[REDACTED], funcionaria de la Generalitat de Catalunya e inspectora acreditada por el Consejo de Seguridad Nuclear.

CERTIFICA: Que se ha personado el día 26 de septiembre de 2012 en Lostec SA, en la [REDACTED] coordenadas GPS [REDACTED], de Vic (Osona).

Que la visita tuvo por objeto realizar la inspección de una instalación radiactiva, ubicada en el emplazamiento referido, destinada a medida de densidad y humedad en suelos y cuya última autorización fue concedida por el Departament d'Economia i Finances en fecha 11.01.2007.

Que la inspección fue recibida por doña [REDACTED], supervisora, en representación del titular, quien aceptó la finalidad de la inspección, en cuanto se relaciona con la seguridad nuclear y protección radiológica.

Que los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

Que de las comprobaciones realizadas por la inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:

- La instalación radiactiva estaba formada por una dependencia blindada con puerta metálica, ubicada en el hueco de la escalera, junto a la sala de recepción de muestras.-----

- La instalación se encontraba señalizada de acuerdo con la legislación vigente y disponía de medios para establecer un acceso controlado.-----

- En el interior del recinto blindado no se encontraba almacenado ningún equipo radiactivo.-----

- Disponían de los siguientes equipos radiactivos los cuales se encontraba desplazados fuera de la instalación:

- Uno de la firma [REDACTED], número M 10059567 provisto de dos fuentes radiactivas encapsuladas una de Cesio-137 de 370 MBq de actividad en fecha 15.03.1990, n/s 340 FG y otra de Americio 241/Berilio de 1,85 GBq de actividad en fecha 31.01.1990, n/s 3495 AB, con la siguiente placa de identificación: 370 MBq, Cs-137, 15.3.1990; 1,85 GBq; Am-241/Be; 31.1.1990; SN: M 10059567.—

- Uno de la firma [REDACTED], número M 300105455 provisto de dos fuentes radiactivas encapsuladas una de Cesio-137 de 370 MBq de actividad en fecha 6.10.1999, n/s 7955 GQ y otra de Americio 241/Berilio de 1,85 GBq de actividad en fecha 8.12.1998, n/s 8659 NK, con la siguiente placa de identificación: 370 MBq, Cs-137, 6.10.1999; 1,85 GBq; Am-241/Be; 8.12.1998; SN: M 300105455.-

- La firma [REDACTED] realizó las siguientes pruebas de hermeticidad de las fuentes radiactivas encapsuladas y la revisión completa de los equipos radiactivos, desde el punto de vista de la protección radiológica:

* Equipo M 10059567 en fecha 17.09.2010 y 07.09.2012.-----

* Equipo M 300105455 en fecha 17.09.2010 y 07.09.2012.-----

- La Unidad Técnica de Protección Radiológica de [REDACTED] realizó en fechas 24.11.2009 y 29.11.2011 las pruebas de hermeticidad de las fuentes radiactivas encapsuladas .-----

- La supervisora de la instalación realiza el mantenimiento de ambos equipos de acuerdo con el protocolo aprobado por el SCAR que incluye la comprobación de los niveles de radiación de los equipos radioactivos y de la dependencia blindada. Las últimas revisiones son de fechas 29.04.2011 y 12.04.2012.-----


- Estaban disponibles los siguientes certificados: el de aprobación de las fuentes como materia radiactiva en forma especial, el de hermeticidad y actividad en origen de las fuentes radiactivas encapsuladas y el de control de calidad de los equipos radiactivos.-----

- Según se manifestó, junto con los equipos desplazados se encontraba los siguientes equipos portátiles de detección y medida de los niveles de radiación:

* Uno de la firma [REDACTED], modelo [REDACTED], n/s 24142, calibrado por el [REDACTED] en fecha 28.06.2006.-----

* Uno de la firma [REDACTED] modelo [REDACTED], n/s 46014, calibrado por el [REDACTED] en fecha 25.09.2009.-----

- Estaba disponible el programa de calibración y verificación de los equipos de detección y medida de los niveles de radiación. La última verificación es de fecha 12.04.2012.-----




- Estaba disponible: 1 licencia de supervisor y 3 de operador, todas ellas en vigor.-----
- Estaba disponible: el diario de operación general de la instalación radiactiva y 2 diarios de operación, uno para cada equipo radiactivo.-----
- Estaban disponibles 4 dosímetros personales para el control dosimétrico de los trabajadores expuestos de la instalación radiactiva.-----
- Tienen establecido un convenio con el [REDACTED] para la realización del control dosimétrico. Se registran las dosis recibidas por los dosímetros.-----
- Estaban disponibles los historiales dosimétricos individualizados de los trabajadores expuestos.-----
- Estaban disponible en un lugar visible las normas de actuación escritas tanto en funcionamiento normal como en caso de emergencia.-----
- Estaban disponibles elementos para señalar y acotar las zonas de trabajo y señalizaciones para los vehículos donde se transportan los equipos radiactivos.-----
- Estaban disponibles equipos de extinción contra incendios.-----
- En fecha 09.09.2010 la supervisora había impartido el curso de formación a los trabajadores expuestos y en fecha 17.11.2010 la consejera de seguridad anteriormente contratada [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] impartió un curso de transporte a todo el personal.-----
- El señor [REDACTED] estaba contratado por la empresa como consejero de seguridad para el transporte de mercancías peligrosas.-----
- Estaba disponible un seguro de cobertura de riesgos nucleares para la instalación radioactiva que cubría el transporte de los equipos radioactivos.-----

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 (reformada por Ley 33/2007) de creación del Consejo de Seguridad Nuclear; la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear; el RD 1836/1999 (modificado por RD 35/2008) por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas; el RD 783/2001, por el que se aprueba el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes y la referida autorización, y en virtud de las funciones encomendadas por el Consejo de Seguridad Nuclear a la Generalitat de Catalunya en el acuerdo de 15 de junio de 1984 y renovado en fechas de 14 de mayo de 1987, 20 de diciembre de 1996 y 22 de diciembre de 1998, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Barcelona y en la sede del Servei de Coordinació d'Activitats Radioactives del

Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya a 28 de
septiembre de 2012.

Firmado:



TRÁMITE: En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45 del Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas (Real Decreto 1836/1999 (modificado por RD 35/2008), BOE 313 del 31.12.1999 - versión castellana y BOE 1 del 20.01.2000 - versión catalana), se invita a un representante autorizado de Lostec SA, para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.

Assumpte: Acta d'inspecció CSN-GC/AIN/15/IRA/2254/12


[REDACTED], cap d'àmbit de vials i supervisora de la instal·lació nuclear de LOSTEC, S.A., un cop llegida l'acta d'inspecció REALITZADA EL 26/09/12, manifesta la conformitat amb l'acta i aporta, a més, nova documentació que no estava disponible, encara, en la data de realització de la inspecció.

Així, s'inclouen amb la present:

- La calibració del nou monitor adquirit per LOSTEC, S.A. S'obta per a la compra d'un nou monitor i es dóna de baixa l'antic monitor ([REDACTED], identificació 24142).
- El full de signatures dels operadors que certifiquen l'assistència al curs de protecció radiològica impartit per a la supervisora. S'inclou una petita prova que serveix com a base de la realització dels curs així com la fulla de treball actualitzada i uns nous apunts que s'entreguen a cadascun dels assistents al curs.

En cas que manqui qualsevol altre informació, estem a la seva disposició.

Vic, 22 d'octubre de 2012


LOSTEC S.A.

Generalitat de Catalunya
Direcció General d'Energia, Mines i
Seguretat Industrial

Número: 0298E/10518/2012
Data: 23/10/2012 10:55:11

Registre d'entrada



Diligencia

En relación con el acta de inspección CSN-GC/AIN/17/IRA/2254/2012 realizada el 26/09/2012, a la instalación radiactiva Lostec SA, sita en c/ [REDACTED] [REDACTED] el titular de la instalación radiactiva incluye comentarios y alegaciones a su contenido.

Don/Doña [REDACTED] inspector/a acreditado/a del CSN, que la suscribe, manifiesta lo siguiente:

- Se acepta el comentario
- No se acepta el comentario
- El comentario o alegación no modifica el contenido del acta

Barcelona, 24 de octubre de 2012

