

ACTA DE INSPECCIÓN

y _____ funcionarios de la Generalitat y acreditados por el Consejo de Seguridad Nuclear para actuar como inspectores para el control del funcionamiento de las instalaciones radiactivas, la inspección de control de los Servicios de Protección Radiológica y de las Empresas de Venta y Asistencia Técnica de equipos de rayos X con fines médicos, y la inspección de transportes de sustancias nucleares o radiactivas, en la Comunitat Valenciana.

CERTIFICA: Que se personaron el día veintiséis de junio de dos mil veinticuatro, en las instalaciones de la clínica cuyo titular es **CLÍNICA DENTAL _____, S.L.**, de CIF: _____, ubicada en la avenida _____, número _____, en el municipio de La Poble de Vallbona, provincia de Valencia.

La visita tuvo por objeto la inspección de control, sin previo aviso, de una instalación de rayos X con fines de radiodiagnóstico médico, ubicada en el emplazamiento referido, cuya comunicación de inscripción vigente (DCL-3) en el Registro de equipos e instalaciones de rayos X con fines de diagnóstico médico, fue concedida por parte del Servicio Territorial Industria, Energía y Minas de Valencia con fecha 8 de abril de 2021 y número de registro 46/IRX/1407.

La inspección fue recibida por _____, directora de la clínica dental, quien aceptó la finalidad de esta en cuanto se relaciona con la seguridad y protección radiológica.

El representante del titular fue advertido previamente al inicio de la inspección que el acta que se levantara de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

De las comprobaciones efectuadas por la inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta:

UNO. INSTALACIÓN

- La instalación consta de las siguientes salas y equipos:

Sala 1. Equipo de radiodiagnóstico dental intraoral.

- Equipo de la firma _____, modelo _____, n/s _____, que alimenta a un tubo de misma firma y modelo, n/s _____, y con condiciones máximas de funcionamiento de _____ kVp y _____ mA. _____
- El equipo dispone de pulsador de disparo ubicado fuera de la sala de exploraciones, junto a la puerta de acceso. _____
- El acceso a la sala está señalizado como zona vigilada y el equipo como zona controlada, ambas indicativas de riesgo de irradiación según norma UNE 73.302. _____
- La sala dispone de puerta de acceso realizada con panel metálico y vidrio, pared trasera de muro, laterales de panel de yeso y delantera de panel metálico y vidrio; suelo y techo de material forjado. _____



- La sala limita en el mismo plano con pasillo, gabinete, local vecino y sala de espera; con vivienda en la parte superior y cimentación en la inferior. _____

Sala 2. Equipo de radiodiagnóstico dental panorámico.

- Equipo de la firma _____, modelo _____, n/s _____, que alimenta a un tubo de firma _____, modelo _____, n/s _____, y con condiciones máximas de funcionamiento de _____ kVp y _____ mA. _____
- El equipo dispone de pulsador de disparo extensible ubicado fuera de la sala de exploraciones, junto a la puerta de acceso. _____
- El acceso a la sala está señalizado como zona controlada indicativa de riesgo de irradiación según norma UNE 73.302, solo en lengua valenciana _____
- La sala dispone de puerta de acceso emplomada y paredes emplomadas hasta una altura de 2,5 m; suelo y techo de material forjado. Dispone de visor de paciente realizado con vidrio emplomado en la puerta de acceso. _____
- La sala limita en el mismo plano con pasillo, laboratorio, local vecino y espacio libre no transitable; con vivienda en la parte superior y cimentación en la inferior. _____

DOS. EQUIPAMIENTO DE RADIOPROTECCIÓN

- La instalación dispone de un delantal con protector de tiroides incorporado emplomado, como medio de protección contra las radiaciones ionizantes. _____

TRES. NIVELES DE RADIACIÓN

- Los valores máximos de tasa de dosis medidos por la inspección son:
Equipo 1 con condiciones de funcionamiento del equipo de _____ kV, _____ mA, _____ s y medio dispersor acuso, tubo dirigido hacia la puerta de acceso:
 - Contacto puerta acceso: _____ $\mu\text{Sv/h}$. _____
 - Puesto del operador: _____ $\mu\text{Sv/h}$. _____
 Equipo 2 con condiciones de funcionamiento del equipo de _____ kV, _____ mA, _____ s, sin medio dispersor:
 - Contacto puerta acceso: _____ $\mu\text{Sv/h}$. _____
 - Visor de paciente: _____ $\mu\text{Sv/h}$. _____
 - Pared accesible: _____ $\mu\text{Sv/h}$. _____
 - Puesto del operador: fondo radiológico ambiental. _____
- Las medidas se realizan con el equipo de la firma _____, modelo _____ y n/s _____, y n/s _____, calibrado en origen con fecha 25 de mayo de 2024. _____
- Los equipos son operados por _____, higienista de la clínica. _____



CUATRO. PERSONAL DE LA INSTALACIÓN

- _____ dispone de acreditación para dirigir instalaciones de rayos x con fines de diagnóstico médico. _____
- La directora está clasificada como categoría B, según se refleja en el programa de protección radiológica (PPR) de la instalación, y está designada como responsable de dicho programa. _____
- El control dosimétrico se realiza mediante un dosímetro personal de termoluminiscencia asignados a la directora, procesado mensualmente por la entidad _____, cuyas últimas lecturas corresponden a mayo de 2024. _____
- Se manifiesta a la inspección que los equipos también son operados por _____ y _____, higienistas de la instalación, quienes no disponen de acreditación para operar equipos de rayos X con fines médicos ni control dosimétrico. _____

CINCO. GENERAL, DOCUMENTACIÓN

- La instalación está inscrita en el Registro de equipos e instalaciones de rayos X con fines de diagnóstico médico del Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas, con número 46/IRX/1407. _____
- Con fecha 27 de diciembre de 2022 se declara la modificación de la instalación por cambio de titular en el Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia para su inscripción en el Registro. _____
- Los equipos instalados disponen de certificado de conformidad del marcado CE. _____
- La instalación dispone de contrato de prestación de servicios con la Unidad Técnica de Protección Radiológica (UTPR) _____ firmado con fecha 28 de octubre de 2022. _____
- La instalación dispone de programa de protección radiológica, que incluye normas y procedimientos de trabajo, de fecha 26 de diciembre de 2023 y realizado por la UTPR contratada. _____
- El programa de protección radiológica no está actualizado: no refleja a todo el personal adscrito a la instalación de radiodiagnóstico, su acreditación, clasificación y control dosimétrico. _____
- El último certificado de conformidad periódico de la instalación ha sido firmado por la UTPR contratada con fecha 21 de noviembre de 2023. _____
- El informe periódico de la instalación correspondiente al periodo 2021-2022 ha sido realizado y remitido al Consejo de Seguridad Nuclear por la UTPR contratada, con fecha 30 de marzo de 2023. _____
- El último control de calidad de los equipos, verificación radiológica de la instalación y estudio de dosis a paciente ha sido realizado por la UTPR contratada con fecha 20 de octubre de 2023. Están disponibles los informes correspondientes en los que se reflejan el estado aceptable de los equipos y correcto de la instalación. _____



SEIS. DESVIACIONES

- El programa de protección radiológica de la no se encuentra actualizado, según se indica en el artículo 19 del Real Decreto 1085/2009 por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalación y Utilización de Aparatos de Rayos X con Fines de Diagnóstico Médico.
- La instalación dispone de personal que opera los equipos de radiodiagnóstico médico y no dispone de la correspondiente acreditación para dirigir u operar, según se indica en el artículo 22 y 23 del Real Decreto 1085/2009 por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalación y Utilización de Aparatos de Rayos X con Fines de Diagnóstico Médico.
- El personal expuesto no dispone de control dosimétrico, según se indica en el artículo 32, Capítulo II, Título IV, del Real Decreto 1029/2022, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección de la salud contra los riesgos derivados de la exposición a las radiaciones ionizantes. _____



Con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980, de 22 de abril, de creación del Consejo de Seguridad Nuclear: la Ley 25/1964, de 29 de abril, sobre energía nuclear; el Real Decreto 1836/1999, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas; el Real Decreto 1029/2022, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección de la salud contra los riesgos derivados de la exposición a las radiaciones ionizantes, y el Real Decreto 1085/2009, de 3 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalación y Utilización de Aparatos de Rayos X con Fines de Diagnóstico Médico, se levanta y suscribe la presente acta, en La Eliana, en el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat.

Firmado por
12:37:24



, el 12/07/2024

Firmado por
12/07/2024 12:35:54



, el

TRÁMITE: En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del Reglamento de instalaciones nucleares y radiactivas, se invita a un representante autorizado de la instalación cuyo titular es **CLÍNICA DENTAL**, **S.L.**, para que con su firma, lugar y fecha manifieste su conformidad o reparos al contenido del acta.

Firmado
digitalmente por

Fecha: 2024.07.18
20:02:43 +02'00'

A PROCEDIMIENTO

SOLICITUD GENERAL ÚNICA de iniciación y tramitación TELEMÁTICA de procedimientos de la Generalitat Valenciana. (Trámite a utilizar EXCLUSIVAMENTE CUANDO NO EXISTA uno específico en la Sede Electrónica de la Generalitat Valenciana)

B DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD INTERESADA

APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL

NOMBRE

DNI

TELÉFONO

CORREO ELECTRÓNICO

La aportación del número de teléfono y correo electrónico permitirá comunicarnos con usted, en caso de considerarse conveniente, con la finalidad de gestionar adecuadamente su solicitud.

C DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD REPRESENTANTE

APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL

NOMBRE

DNI

TELÉFONO

CORREO ELECTRÓNICO

La aportación del número de teléfono y correo electrónico permitirá comunicarnos con usted, en caso de considerarse conveniente, con la finalidad de gestionar adecuadamente su solicitud.

D NOTIFICACIONES

TIPO DE NOTIFICACIÓN

Deseo ser notificado/a por medios electrónicos (Las personas jurídicas están obligadas a relacionarse por estos medios)

IDIOMA DE NOTIFICACIÓN

Castellano

E AVISO DE NOTIFICACIÓN O PUESTA A DISPOSICIÓN:

☒ Deseo recibir un aviso de notificación o puesta a disposición en el siguiente correo electrónico, así como información relacionada con mi solicitud que no requiera notificación.

CORREO ELECTRÓNICO

F ÓRGANO AL QUE SE DIRIGE

SELECCIONE UNA OPCIÓN

Otros organismos (ATV, IVAJ, INVASSAT, LABORA ...)

ORGANISMO

AGENCIA VALENCIANA DE SEGURIDAD Y RESPUESTA A LAS EMERGENCIAS AVSRE

ÁMBITO TERRITORIAL

Servicios centrales

G MOTIVO SOLICITUD

EXPOSICIÓN

Tras la notificación (Número de registro de salida: _____), del acta con la siguiente referencia REMISIÓN ACTA DE INSPECCIÓN RX/V-1407 del procedimiento GUC-20532 SIA-2216656 -

SOLICITUD

Adjunto tal y como se indica el acta firmada y la documentación requerida para subsanar las desviaciones: certificados de acreditación de uso de instalaciones de radiodiagnóstico, ampliación del contrato para cambio de dosimetría personal a dosimetrías de área y el programa de protección radiológica.

H INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

PROTECCIÓN DE DATOS: De conformidad con el Reglamento General de Protección de Datos y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, los datos de carácter personal que nos proporcione serán tratados por la Generalitat para proceder a la tramitación de su solicitud al amparo de la normativa de aplicación.

Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos personales, limitación y oposición de tratamiento y no ser objeto de decisiones individuales automatizadas respecto a sus datos personales registrados en la Generalitat, ante la conselleria responsable del tratamiento de sus datos personales. Así mismo, podrá reclamar, en su caso, ante la autoridad de control en materia de protección de datos, especialmente cuando no haya obtenido respuesta o la respuesta no haya sido satisfactoria en el ejercicio de sus derechos.

Más información en el índice de registros de las actividades de tratamiento (RATs) por conselleria.	
Información adicional y detallada sobre protección de datos	
Delegación de Protección de Datos de la GVA	
Agencia Española de Protección de Datos	
Organismo responsable del tratamiento	
AGENCIA VALENCIANA DE SEGURIDAD Y RESPUESTA A LAS EMERGENCIAS AVSRE	
I	DECLARACIÓN RESPONSABLE
La persona que firma declara, bajo su responsabilidad, que los datos reseñados en la presente solicitud y en la documentación que se adjunta son exactos y conformes con lo establecido en la legislación, y que se encuentra en posesión de la documentación que así lo acredita, quedando a disposición de la Generalitat para su presentación, comprobación, control e inspección posterior que se estimen oportunos.	

DILIGENCIA

En relación con los comentarios formulados en el TRÁMITE del acta de inspección de referencia CSN-GV/AIN/01/RX/V-1407/2024, correspondiente a la inspección realizada en La Pobla de Vallbona, con fecha veintiséis de junio de dos mil veinticuatro, los inspectores que la suscriben declaran,

- Página 4, párrafo 1

La instalación aporta el programa de protección radiológica actualizado. Se subsana la desviación

- Página 4, párrafo 2

La instalación aporta las acreditaciones del personal. Se subsana la desviación encontrada.

- Página 4, párrafo 3

La instalación aporta el contrato con la UTPR en el que se reflejan dos dosímetros de área y la asignación de dosis a los trabajadores. Se subsana la desviación encontrada.

L'Eliana, a la fecha de la firma electrónica
LOS INSPECTORES

Firmado por
08:40:19

, el 31/07/2024



Firmado por
30/07/2024 14:31:48

, el

