




- La instalación de Rayos - X se encuentra ubicada en la planta baja del edificio y consta de una sala con un equipo marca [REDACTED] de 100 mA y 110 KV de características máximas.
- Se efectúa el control dosimétrico del personal profesionalmente expuesto .
- Se efectuó el control de calidad de los equipos y la vigilancia de los niveles de radiación en los puestos de trabajo el día 22 de noviembre de 2007 por la UTPR [REDACTED]
- Se dispone de acreditación para dirigir la instalación de Rayos-X.
- Disponen de prendas de protección suficientes para el personal de la instalación.
- Disponen del diario de operaciones.
- La instalación se encuentra debidamente señalizada.



Con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear, el RD 1836/1999, por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares Radiactivas; el RD 783/2001 por el que se aprueba el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra Radiaciones Ionizantes; y la referida autorización, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Palma de Mallorca en la sede de la Consejería de Comercio, Industria y Energía de Baleares a dieciocho de enero de dos mil ocho.

**TRAMITE.-** En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del RD 1836/1999 se invita a un representante autorizado de la clínica veterinaria de D. [REDACTED], para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.

CONFORME


Fdo.

[REDACTED]

col. 677

DNI:

[REDACTED]



[REDACTED SIGNATURE]

Llocnigpr 8 febrero 2008

Diligencia  
verb y conforme

El Inspector

[REDACTED]

Dr. [REDACTED]

15/02/08