

15.05.2013

ACTA DE INSPECCIÓN

_____, funcionaria de la Generalitat de Catalunya e inspectora acreditada por el Consejo de Seguridad Nuclear.

CERTIFICA: Que se ha presentado el 9 de mayo de 2013 en Compañía Fragmentadora Valenciana SAU, en la carretera _____, en _____ de la Selva del Camp (Baix Camp).

Que la visita tuvo por objeto realizar la inspección de control de una instalación radiactiva, destinada a usos industriales, y cuya última autorización fue concedida por el Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya en fecha 11.06.2012.

Que la Inspección fue recibida por _____, encargado general de _____ y _____, operador, en representación del titular, quienes aceptaron la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la seguridad y protección radiológica.

Que los representantes del titular de la instalación fueron advertidos que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada por el personal de la instalación, resulta que:

- Según manifestó el Sr _____ la empresa ha pasado a denominarse _____. No se había solicitado el cambio de titularidad.-----
- La instalación radiactiva disponía de medios para establecer un acceso controlado.-----
- En una dependencia con llave, ubicada en las oficinas en un módulo prefabricado, se encontraba almacenado un equipo portátil para análisis de metales por fluorescencia de rayos X de la firma _____ modelo _____, con unas características máximas de funcionamiento de 50 kV y 0,1 mA.-----
- Sobre el equipo se leía: _____, _____. En una

placa de identificación se leía: Model # XL3T 980-HE; Serial # 54210; Date 9/28/2010; [REDACTED].-----

- Estaba disponible el certificado de control de calidad, el certificado de calibración inicial del equipo y el manual de funcionamiento.-----

- El equipo dispone de luces indicadoras de funcionamiento, gatillo y botón en la parte superior y sensor de comprobación de presencia de muestra.-----

- Se comprobó el correcto funcionamiento de los enclavamientos del equipo.-----

- De las medidas de tasa de dosis, fuera de la zona del haz directo, en la zona que ocupa el operador tras el equipo, no se deduce que puedan superarse en condiciones normales de trabajo los límites anuales de dosis legalmente establecidos.-----

- Estaba disponible un detector de radiación de la firma [REDACTED] modelo [REDACTED] de serie 1556, calibrado por el [REDACTED] el 5.05.2009. Estaba disponible el certificado de calibración correspondiente.-----

- No estaba disponible el programa de verificación y calibración del detector de medida de radiación. La última verificación era del 1.08.2012.-----

- No consta que se haya realizado la revisión del equipo desde 1.08.2012 para garantizar su buen funcionamiento desde el punto de vista de la protección radiológica.-----

- Estaba disponible, en vigor, una licencia de supervisor a nombre del señor [REDACTED] aplicada a la instalación. La licencia de supervisor esta también aplicada a las instalaciones radioactivas de [REDACTED] [REDACTED] (IRA-3045) y [REDACTED] (IRA-3056).-----

- Estaba disponible 1 licencia de operador a nombre de [REDACTED] [REDACTED].-----

- Estaban disponibles 2 dosímetros de termoluminiscencia para la realización del control dosimétrico de los trabajadores expuestos de la instalación.-----

- Tienen establecido un convenio con el [REDACTED] para la realización del control dosimétrico. Se registran las dosis recibidas por el dosímetro.-----

- Estaban disponibles los historiales dosimétricos individualizados de los trabajadores expuestos.-----

- Estaba disponible el diario de operación de la instalación.-----

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear (reformada por Ley 33/2007), la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear; el RD 1836/1999 (modificado por RD 35/2008), por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas; el RD 783/2001, por el que se aprueba el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes y la referida autorización, y en virtud de las funciones encomendadas por el Consejo de Seguridad Nuclear a la Generalitat de Catalunya en el acuerdo de 15 de junio de 1984 y renovado en fechas de 14 de mayo de 1987, 20 de diciembre de 1996 y 22 de diciembre de 1998, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Barcelona y en la sede del Servei de Coordinació d'Activitats Radioactives del Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya a 11 de mayo de 2013.

Firmado:

[Redacted signature]

[Redacted text]

TRÁMITE. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del RD 1836/1999, se invita a un representante autorizado de Compañía Fragmentadora Valenciana SAU para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.

En referencia a las observaciones indicadas en el acta:

1. Cambio de titularidad: Por retrasos administrativos relacionados con la tramitación del cambio de nombre por parte de la Compañía Fragmentadora Valenciana por parte de [Redacted] en el momento de la visita técnica no había podido realizarse el cambio de titularidad. Una vez solucionados estos, se procede a la tramitación para el cambio de titularidad.
2. Programas de revisión y verificación del equipo y del detector: Se ha procedido a su revisión según los procedimientos establecidos. Se adjunta copia de estas revisiones.

Se
1.

al acta, quedo a su disposición.

1026

Responsable de Calidad, Seguridad y Medio Ambiente
F. J. M. S. L. L.



Diligencia

En relación con el acta de inspección CSN-GC/AIN/3/IRA/3099/2013 realizada el 09/05/2013, a la instalación radiactiva Compañía Fragmentadora Valenciana SAU, sita en [REDACTED] de Selva del Camp, La, el titular de la instalación radiactiva incluye comentarios y alegaciones a su contenido.

Don/Doña [REDACTED], inspector/a acreditado/a del CSN, que la suscribe, manifiesta lo siguiente:

- ☒ Se acepta el comentario
- ☐ No se acepta el comentario
- ☐ El comentario o alegación no modifica el contenido del acta

Barcelona, 19 de julio de 2013