

ACTA DE INSPECCION

D/D^a [REDACTED] Inspector/a del Consejo de Seguridad Nuclear.

CERTIFICA: Que se personó el día veintisiete de junio de dos mil once, en **CELULOSA GALLUR, S.L.**, sito en la [REDACTED] en Gallur, Zaragoza.


Que la visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva, destinada a la medida de humedad y gramaje de papel con fines de control de procesos, cuya autorización de funcionamiento fue concedida por la Dirección General Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio en fecha 28 de junio de 2006, y con sede ubicada en el lugar citado.

Que la Inspección fue recibida por D. [REDACTED] Gerente de la empresa, en representación del titular, quien aceptó la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la seguridad y protección radiológica.


Que los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:

- La instalación radiactiva dispone de un equipo fijo de la firma [REDACTED] [REDACTED] modelo [REDACTED] que incorpora una fuente radiactiva encapsulada de Kr-85 de 2,41 GBq de actividad a fecha 5/01/05 y n/s 3798-BX. _____
- La instalación radiactiva se encontraba señalizada como Zona Vigilada con riesgo de irradiación. _____
- Las tasas de dosis medidas con el equipo en funcionamiento y obturador abierto fueron de fondo fuera de la zona delimitada. _____




presente acta por triplicado en Madrid, y en la Sede del Consejo de Seguridad Nuclear a veintiocho de junio de dos mil once.



TRÁMITE.- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del RD 1836/1999, se invita a un representante autorizado de **“CELULOSA GALLUR S.L.”** para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.

CELULOSA
S.L.



4/7/2011