


160896

**ACTA DE INSPECCION**



██████████ Inspector del Consejo de Seguridad Nuclear.

**CERTIFICA:** Que se ha personado el día veintiuno de noviembre de dos mil seis, en la Cátedra de Física Médica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Cantabria, en Santander.

Que la visita tuvo por objeto inspeccionar unas instalaciones radiactivas, destinadas a uso docencia e investigación, ubicadas en el emplazamiento referido y cuya última autorización vigente data de septiembre de 2004.

Que la Inspección fue recibida por ██████████, quiénes aceptaron la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes.

Que los representantes del titular de la instalación fueron advertidos, previamente al inicio de la inspección, que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:

- La instalación se no se ha modificado desde la anterior Inspección de fecha 19 de abril de 2006-----
- Disponen de dos licencias de supervisor. Tienen controlados dosimétricamente a siete usuarios, cuyas lecturas de dosis acumulada anual a fecha de Inspección no muestran valores significativos-----
- Exhiben Diario de Operación de la instalación actualizado y firmado por el supervisor, conteniendo anotaciones sobre: Entradas e inventario de material radiactivo, residuos radiactivos, vigilancia de niveles de contaminación; Disponen de Inventario trazable de actividad en la Instalación-----



- En una habitación señalizada y provista de acceso controlado se encontraba el recinto blindado que ocupa un irradiador de R-x-----
  - La Instalación incorporó en su última modificación el citado un irradiador de Rayos X de la casa [REDACTED] del que no consta revisión por casa autorizada a fecha de Inspección-----
  - Exhiben diario de operación actualizado y firmado por Supervisor-----
  - Los monitores de radiación de la Instalación estaban operativos a fecha de Inspección. Efectúan verificaciones y protocolo de calibraciones de detectores en la propia Instalación-----
  - A fecha de Inspección la Instalación estaba señalizada y su acceso era controlado. Consta que efectúen medidas periódicas de radiación ambiente y contaminación en la Instalación. Niveles radiación indistinguibles del fondo habitual (0.3 micro Sieverts/hora) en zonas de permanencia habitual o paso---
  - La instalación disponía de medios adecuados para la manipulación y el almacenamiento de material radiactivos y muestras-----
  - Exhiben inventario de productos radiactivos de la Instalación remanentes y adquiridos y que se corresponden con los autorizados a la instalación-----
- Exhiben pruebas de hermeticidad de las fuentes autorizadas a la Instalación

*Observaciones*

- No consta a fecha de Inspección la revisión del irradiador de R-x autorizado a la Instalación-----



Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear, el RD 1836/1999 Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, el RD 783/2001 Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes y la referida autorización, se levanta y suscribe la presente *acta* por triplicado en Madrid y en la Sede del Consejo de Seguridad Nuclear a diez de enero de 2007



**TRAMITE.**- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45 del Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, se invita a un representante autorizado de la Cátedra de Física Medica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Cantabria, para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta



*Jantander, 18 enero 2007.*