

ACTA DE INSPECCIÓN

funcionaria del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), acreditada como inspectora,

CERTIFICA: Que se personó el día veintisiete de febrero de dos mil veinticuatro, acompañada de _____ inspectora acreditada por el CSN en la Comunidad Autónoma de Valencia, en la **FUNDACIÓN DE INVESTIGACIÓN CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA**, sita en _____, en Valencia.

La visita tuvo por objeto efectuar una inspección previa a la declaración de clausura de una instalación radiactiva destinada a la utilización de fuentes no encapsuladas con fines de diagnóstico en investigación, cuya autorización fue concedida por el Servicio Territorial de Energía de la Generalitat Valenciana con fecha 14 de noviembre de 2011.

La Inspección fue recibida por _____, Técnico de RRHH de la Fundación y _____, Bióloga de la Fundación, en representación del titular, quien aceptó la finalidad de la inspección, en cuanto se relaciona con la seguridad y protección radiológica.

Los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la inspección que el acta que se levantara de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido

De las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta:

UNO. INSTALACIÓN

- La instalación está ubicada en el pabellón B, acceso 3, cuarta planta, del Consorcio General Universitario de Valencia. _____
- La instalación consta de una sala de control y una sala de exploración contiguas y comunicadas entre sí. Se comprobó que toda la señalización de clasificación de Zona Radiológica había sido eliminada. _____

DOS. NIVELES DE RADIACIÓN

- Con un monitor de radiación de la firma _____ modelo _____ se comprobó la ausencia de material y contaminación radiactiva. Las tasas de dosis medidas no superaron el fondo radiológico ambiental. _____



TRES. GENERAL, DOCUMENTACIÓN

- El equipo PET SPECT/TC de la firma _____ ha sido retirado por la empresa de venta y asistencia técnica _____ con fecha 18 de noviembre de 2022. Se dispone de certificado de retirada. _____
- En la instalación radiactiva solo ha manipulado material radiactivo no encapsulado de _____ y _____. Estaban disponibles los albaranes de entrega. _____
- Según las anotaciones del Diario de Operación de la instalación, la última recepción de material radiactivo es de fecha 22 de diciembre de 2016 y así se comprueba en los albaranes archivados. _____
- Según las anotaciones del Diario de Operación, con fecha 7 de marzo de 2017 se gestionaron todos los residuos existentes en la instalación. _____
- El día de la inspección se comprobó que no existía material y residuos radiactivos ni equipos generadores de radiación, en las dependencias de la instalación radiactiva.
- La Gerente anterior _____ delegó la representación a _____, para solicitar la clausura de la instalación. Se adjunta copia certificado en el anexo del acta. _____



Con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980, de 22 de abril, de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964, de 29 de abril, sobre Energía Nuclear, el Real Decreto 1836/1999, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, el Real Decreto 1029/2022, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre Protección de la Salud contra los riesgos derivados de la exposición a las Radiaciones Ionizantes; y la referida autorización, se levanta y suscribe la presente acta en Madrid.

TRÁMITE. - En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del Reglamento citado, se invita a un representante autorizado de la **"FUNDACIÓN DE INVESTIGACIÓN CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA"** para que, con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.

ANEXO - Certificado de Registro de Autorización de Representación ante la Administración



Digitally signed by

ou=CIUDADANOS, o=ACCV,
c=ES
Date: 2024.02.29 16:10:54
+01'00'