



ACTA DE INSPECCION

D. [REDACTED], Inspector del Consejo de Seguridad Nuclear.

CERTIFICA QUE: Se ha personado el día veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis en Varian Medical Systems Ibérica, S.L., sita en [REDACTED] Alcobendas, Madrid


La visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva destinada a la importación, comercialización, instalación y asistencia técnica de equipos para terapia médica, ubicada en el emplazamiento referido, cuya última autorización (MO-12) fue concedida por la Dirección General de Industria Energía y Minas de la CAM, con fecha 7 de marzo de 2016, y la MA- 4 en 28-09-2010.

La Inspección fue recibida por D. [REDACTED], Supervisor de la instalación, en representación del titular, quien aceptó la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la seguridad y protección radiológica.

Los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

Los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

De las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:





1.-INSTALACION

- Según manifestaron a la Inspección representantes autorizados de VARIAN MEDICAL SYSTEMS IBERICA SL, existen 48 personas de VARIAN M.S. S.L. que disponen de dosimetría personal. Disponen de 41 licencias de operador en vigor y una en trámite, cuatro licencias de supervisor en vigor-----
- Efectúan el control del personal profesionalmente expuesto, mediante dosímetros personales de solapa y de muñeca. Que disponen, a fecha de inspección, de contrato con el [REDACTED] para gestión de , 48 dosímetros personales-----
- A la vista de las últimas lecturas dosimétricas disponibles no se aprecian dosis relevantes para el tipo de instalación y trabajos desarrollados excepto en caso de un número reducido de incidencias que han sido investigadas y hecho actuaciones cuando correspondía-----
- Consta listado con los casos de incidencias dosimétricas estudiadas. Aquellas incidencias dosimétricas tales como extravío, perdida, olvido involuntario del dosímetro en interior del bunker o dosis inusuales, el supervisor de la Instalación en uso a sus atribuciones y tareas asignadas, Ha efectuado las pertinentes averiguaciones para dilucidar las circunstancias de los casos que se pudieran presentar.-----
- Existe constancia escrita, que se traslada a la Inspección, de las altas, bajas de personal en la instalación e incidencias dosimétricas; -----

Exhiben dos diarios de operación, uno de actividades técnicas y otro de actividades comerciales. En el diario de actividades técnicas se anotan los números de las Hojas de operación, emplazamiento, llamada que originó la actuación, fecha, sistema de códigos de acceso, equipo, diagnóstico, acción correctora y tiempo empleado. sobre el cual sella la Inspección. Que el diario de actividades comerciales está actualizado. Sobre ambos diarios sella la Inspección-----

EQUIPAMIENTO DE RADIOPROTECCION

- Disponen de 4 detectores de radiaciones ionizantes marca [REDACTED], calibrados en origen entre marzo y septiembre de 2015, un [REDACTED] y seis dosímetros de lectura directa [REDACTED].
- Efectúan calibraciones de monitores anualmente-----
- Disponen de contrato actualizado de reserva de espacio de almacenaje con [REDACTED].
- La Inspección recuerda a los representantes autorizados de VARIAN MEDICAL SYSTEM SL , la necesidad de que aquellos trabajadores que operan con fuentes radiactivas o en su caso materiales activados, tengan todos fácilmente a su disposición medidas de protección radiológica personal adaptadas al tipo de operación de mantenimiento que

efectúen-----

3.- PERSONAL DE LA INSTALACION

- Disponen de registro de las personas y centros acreditados, para efectuar los mantenimientos de primer nivel de aceleradores-----
- Consta listado actualizado de responsables y centros correspondientes que tienen autorizado el mantenimiento de primer nivel por Varian-----
- Consta listado actualizado de personal expuesto a radiaciones ionizantes, altas y bajas en la instalación, licencias de operación, reconocimientos médicos

4.- DESVIACIONES

- No se detectaron

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear; la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear; el RD 1836/1999 por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas; el RD 783/2001, por el que se aprueba el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes y la referida autorización, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Madrid y en la Sede del Consejo de Seguridad Nuclear a veintidós de septiembre de dos mil dieciséis.

Fdo



TRÁMITE. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del RD 1836/1999, se invita a un representante autorizado de VARIAN MEDICAL SYSTEMS IBERICA, S.L., para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.

Conforme *alabendas a 30 de Septiembre de 2016*



VARIAN
medicinal systems
VARIAN MEDICAL SYSTEMS IBERICA, S.L.
C/ ...