

ACTA DE INSPECCIÓN

D. [REDACTED] Inspector acreditado por el Consejo de Seguridad Nuclear para la Comunidad Foral de Navarra,

CERTIFICA: Que se ha personado el día veintiséis de julio de dos mil dieciocho en la factoría de **SMURFIT KAPPA NAVARRA, S.A.**, sita [REDACTED] en SANGÜESA (Navarra).-----

La visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva de segunda categoría, destinada a la medida de nivel y de gramaje, ubicada en el emplazamiento referido, y cuya autorización vigente (MO-08) fue concedida por el servicio de Energía, Minas y Seguridad Industrial del Gobierno de Navarra, con fecha 25 de febrero de 2016.-----

La inspección fue recibida por D. [REDACTED] Jefe de Mantenimiento y Supervisor de la instalación, en representación del titular, quien aceptó la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la Seguridad Nuclear y la Protección Radiológica.-----

El representante del titular de la instalación fue advertido previamente al inicio de la inspección que el Acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.-----

De las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada por el personal antes citado, resulta que:

UNO. INSTALACIÓN

- En la zona de cocción de pasta, se encontraban instalados y en funcionamiento los siguientes equipos radiactivos, para el control automático de nivel:

- * Uno de la firma [REDACTED] situado a una altura aproximada de 32 m, provisto de una fuente radiactiva de cobalto-60 de 3,4 GBq (91 mCi) de actividad en fecha 11/09/91 y nº de serie 1811 HD.
- * Uno de la firma [REDACTED] situado a una altura aproximada de 8 m, provisto de una fuente radiactiva de cesio-137 de 370 MBq (10 mCi) de actividad en fecha 19/12/13 y nº de serie 2150-2-13.-----

- En las máquinas de papel, se encontraban instalados los siguientes equipos radiactivos:

- * En la máquina denominada núm. 2, un equipo de la firma [REDACTED] [REDACTED] conteniendo una fuente radiactiva de criptón-85 con nº de serie KR-2595, de 12,2 GBq (330 mCi) de actividad en fecha 17/02/97.
- * En la máquina denominada núm. 3, un equipo de la firma [REDACTED] [REDACTED] conteniendo una fuente radiactiva de criptón-85 con nº de serie AF-7894, de 11,1 GBq (300 mCi) de actividad en fecha 2/02/16.
- * En la máquina denominada núm. 4, un equipo de la firma [REDACTED] [REDACTED] conteniendo una fuente radiactiva de criptón-85 con nº de serie KR-1640, de 14,8 GBq (400 mCi) de actividad en fecha 29/10/16.-----

- Las fuentes radiactivas anteriormente almacenadas como residuo en el interior de la dependencia autorizada para tal fin (dos de criptón-85 y una de promecio-147) habían sido retiradas de la instalación.-----

- Los equipos disponían de las placas identificativas exigidas en el apartado C.1 del anexo II de la instrucción IS-28 y, los instalados en las máquinas de papel, de señales luminosas que indicaban su funcionamiento. Que al estar el equipo radiactivo de la firma [REDACTED] ubicado en una zona de difícil acceso, no se pudo comprobar si disponía de su correspondiente placa de identificación exterior, ni realizar la medida de sus niveles de radiación.-----

- La instalación se encontraba señalizada de acuerdo con el Reglamento de Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes, disponiendo de medios para establecer un acceso controlado.-----

- Estaban disponibles extintores de incendios.-----

DOS. EQUIPAMIENTO DE RADIOPROTECCIÓN

- Estaba disponible un equipo para la detección y medida de la radiación, de la firma [REDACTED] con nº de serie 13059, calibrado por la [REDACTED] en fecha 15/07/14. Que la instalación disponía de un procedimiento específico para la calibración y verificación de dicho equipo.-----

TRES. NIVELES DE RADIACIÓN


- Fueron medidos los niveles de radiación en las inmediaciones de los equipos radiactivos, de cuyos resultados no se deduce puedan superarse, en las condiciones normales de trabajo, los límites de dosis establecidos.-----

CUATRO. PERSONAL DE LA INSTALACIÓN

- Estaba disponible y vigente una Licencia de Supervisor.-----

- Efectúan el control radiológico de los trabajadores expuestos (2 personas) mediante el uso de dosímetros personales de termoluminiscencia. Que disponen de tres dosímetros de área de termoluminiscencia, situados en las máquinas de papel, procesados por la firma [REDACTED] de Valencia. Que estaban disponibles los registros de las dosis recibidas.-----

- La instalación tenía implantado un Programa de Formación bienal para el personal de la factoría que trabaja en las proximidades de los equipos radiactivos. Que estaba disponible la documentación justificativa de que a dicho personal se le había informado del Reglamento de Funcionamiento y del Plan de Emergencia.-----



- Realizan la vigilancia médica de los trabajadores expuestos, clasificados en la categoría "B", con una periodicidad anual, a través del Servicio de Prevención Ajeno [REDACTED] el cual está contratado por la empresa [REDACTED].---

CINCO. GENERAL DOCUMENTACIÓN

- Estaba disponible el Diario de Operación debidamente diligenciado y cumplimentado, así como los registros relacionados en el apartado 1.9 del anexo I de la instrucción IS-28.-----

- Estaban disponibles los certificados y documentos relacionados en el apartado 1.5 del anexo I de la instrucción IS-28, a excepción de los detallados en el apartado "Desviaciones".-----

- Estaba disponible un acuerdo con la firma suministradora de la fuente de cesio-137 aceptando su futura retirada.-----

- Estaban disponibles los certificados de las revisiones, realizadas con una periodicidad anual, de los equipos radiactivos que contienen las fuentes de cobalto-60 y de cesio-137, realizadas por la firma [REDACTED] de Madrid, consistentes en las pruebas que garantizan su hermeticidad y en la medida de la radiación en su entorno. Que, según consta en el Diario de Operación, el Supervisor había realizado trimestralmente las revisiones de los equipos radiactivos desde el punto de vista de la protección radiológica.-----

- Habían remitido al CSN y a la Dirección General de Industria, Energía e Innovación del Gobierno de Navarra el Informe Anual de actividades correspondiente al año 2017.-----

SEIS. DESVIACIONES

- No estaban disponibles ni el certificado del control de calidad ni el de conformidad CE del equipo de la firma [REDACTED].-----

CSNCONSEJO DE
SEGURIDAD NUCLEAR

Con el fin de quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear, el RD 1836/1999 por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, el RD 783/2001 por el que se aprueba el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes, y la referida autorización, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Pamplona y en la sede del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra, a veintisiete de julio de dos mil dieciocho.

TRÁMITE. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del RD 1836/1999, se invita a un representante autorizado de **SMURFIT KAPPA NAVARRA, S.A.**, para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.

Leída el acta de inspección, manifestamos nuestra conformidad y que:

- Hemos solicitado a [REDACTED] el certificado de control de calidad y el de conformidad CE

En Sangüesa a 6 de agosto de 2018

 **Smurfit Kappa**
Navarra, S.A.

DILIGENCIA.- En relación con los comentarios formulados en el TRÁMITE del acta de inspección de referencia CSN-GN/AIN/33/IRA/970/18 de fecha 27 de julio de 2018, el Inspector que la suscribe declara:

- Hoja 5, comentario único.
Se acepta la medida adoptada, que subsana la desviación.

En Pamplona, a 13 de agosto de 2018

EL INSPECTOR

Fdo.:

