ENTRADA 483/2010-D.G. Industria 11/01/2010 9:15:01 - Universidades, Empresa e Investigación

CSN CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

[redacted]

ACTA DE INSPECCION

D. [redacted] Inspector Acreditado del Consejo de Seguridad Nuclear

CERTIFICA: Que se ha personado el día veintisiete de noviembre de 2009 en las instalaciones de la Cínica Veterinaria "Amigos", cuyo titular es D. [redacted] de NIF: [redacted] sito en C/ [redacted] (C.P. 30001), Murcia.

Que la visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva, ubicada en el emplazamiento referido, destinada a radiodiagnóstico veterinario, y que tiene la última inscripción, con el nº RX/MU -1283 en el Registro Oficial de Instalaciones de rayos X para Diagnóstico Médico de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, de fecha 3/3/2003.

Que la Inspección fue recibida por D. [redacted] Director de la instalación, que colaboró durante la inspección.

Que el representante del titular de la instalación fue advertido de que el acta que se levante así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:

OBSERVACIONES

UNO. DEPENDENCIAS Y EQUIPOS

- La instalación está ubicada en la planta baja de un edificio destinado a viviendas y consta de una sala señalizada reglamentariamente, donde se encuentra un equipo [redacted]
- La instalación no dispone de barrera biológica específica. _____

- Se disponen de medios suficientes para establecer un acceso controlado y existe aviso a embarazadas. _____
- En la sala se dispone de delantal plomado. _____

[redacted]

DOS. NIVELES DE RADIACIÓN

- Durante la inspección se realizaron varios disparos, sobre maniquí de agua, con la técnica 70 kV, 100 mA y 10 cs, detectándose las siguientes tasas de dosis:
  - En puesto de operador en control: 179 µSv/h. _____
  - En sala de quirófano adjunta: 120 µSv/h. _____
  - En animalario adjunto: fondo radiológico ambiental. _____
- Se manifiesta a la inspección que se realizan unas cuatro radiografías semanales

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR - INSPECCIÓN -

[redacted]

TRES. PERSONAL DE LA INSTALACION

- Se justifica la acreditación del Director de la instalación. _____

CUATRO. GENERAL, DOCUMENTACIÓN

- La Inspección verifica el Diario de Operaciones, está actualizado y sin firmar por el Director, figurando el sello de la UTPR [redacted] no figurando tipo alguno de incidencias reseñables. _____
- En el momento de la inspección esta instalación tiene asignado un dosímetro personal y se comprueba el informe dosimétrico del mes de septiembre de 2009 realizado por [redacted] no habiendo incorporación de dosis significativas. _____
- Se comprueba la disponibilidad del Control de Calidad Anual realizado por la UTPR [redacted] sin anomalías destacadas. _____
- Se verifica el envío al CSN del informe anual, correspondiente a [redacted] en marzo de 2009, sin incidencias destacables. _____

[redacted]

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear, el Real Decreto 783/2001 Reglamento sobre

[redacted]

Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Murcia y en la sede de La Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a cuatro de diciembre de dos mil nueve.

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR - INSPECCIÓN -

EL INSPECTOR ACREDITADO POR EL C. S. N.

[redacted]

Fdo.: [redacted]

TRÁMITE. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del RD 1836/1999 citado, se invita a un representante autorizado de D. [redacted], de Murcia, para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.

[redacted]

VETERI.SALUD