

CSN

CONSEJO DE
SEGURIDAD NUCLEAR

163108

CSN/AIN/03/IRA/2751/07

Hoja 1 de 2

ACTA DE INSPECCION

[REDACTED], Inspector del Consejo de Seguridad Nuclear.

CERTIFICA: Que se ha personado el día seis de marzo de dos mil siete, en **CELULOSA GALLUR, S.L.**, sito en [REDACTED] Zaragoza.

Que la visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva, destinada a la medida de humedad y gramaje de papel con fines de control de procesos, cuya autorización de funcionamiento fue concedida por la Dirección General Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio en fecha 28 de junio de 2006, y con sede ubicada en el lugar citado.

Que la Inspección fue recibida por [REDACTED] Supervisora de la instalación, en representación del titular, quien aceptó la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la seguridad y protección radiológica.

Que los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:

- La instalación radiactiva dispone de un equipo fijo de la firma [REDACTED] que incorpora una fuente radiactiva encapsulada de [REDACTED] de actividad a fecha 5/01/05 y [REDACTED]
- La instalación radiactiva se encontraba señalizada como Zona Vigilada con riesgo de irradiación. _____


- ██████████
- Las tasas de dosis medidas con el equipo en funcionamiento y obturador abierto fueron: fondo fuera de la zona delimitada, 3,7 μ Sv/h en contacto con la fuente y obturador cerrado y 6,5 μ Sv/h en contacto con la fuente y obturador abierto. _____
 - Disponen de contrato de mantenimiento con ██████████ que también verifica los niveles de radiación. Última visita en febrero de 2007. _____
 - Disponen de una licencia de Supervisor caducada, estando realizando los trámites para su renovación. _____
 - Disponen de un dosímetro personal y dos dosímetros de área. Estaban disponibles sus lecturas dosimétricas, procesadas por el ██████████ con último registro enero de 2007, con valores no significativos. _____
 - Realizan la vigilancia médica anual en la ██████████ _____
 - Disponen de un Diario de Operación, ref. 111.05.05, actualizado donde se anotan datos sobre control semanal de los niveles de radiación y verificación del monitor de radiación, dosimetría, revisiones equipo. No hay anotadas incidencias. _____
 - Disponen de un equipo de medida de radiación de la firma ██████████ calibrado en origen en octubre de 2005. _____
 - Disponen de un programa de calibración y verificación de los sistemas de detección y medida de la radiación. La verificación se realizará semanalmente y la calibración cada tres años. _____
 - Disponen de acuerdo escrito para devolución de fuentes fuera de uso con ██████████ _____
 - Se ha enviado al Consejo de Seguridad Nuclear el informe anual correspondiente al año 2006. _____


Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear, el RD 1836/1999 Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, el RD 783/2001 Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes y la referida autorización, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Madrid y

CSN/AIN/03/IRA/2751/07

CSN CONSEJO DE
SEGURIDAD NUCLEAR

Hoja 3 de 2


en la Sede del Consejo de Seguridad Nuclear a siete de marzo de dos mil
siete.



TRÁMITE.- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45 del RD
1836/1999, se invita a un representante autorizado de "**CELULOSA
GALLUR S.L.**" para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su
conformidad o reparos al contenido del Acta.