

ACTA DE INSPECCIÓN

D. [REDACTED]
[REDACTED] funcionarios del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN),
acreditados como inspectores,

CERTIFICAN: Que se personaron el día veinte de marzo de dos mil diecinueve, en
COMPLEJOS DE VINILO, S.A. sita en [REDACTED] en Fuenlabrada
(Madrid).

La visita tuvo por objeto inspeccionar, sin previo aviso, una instalación radiactiva
destinada a control de procesos, ubicada en el emplazamiento referido, y cuya
autorización vigente fue concedida por la Consejería de Economía y Empleo de la
Comunidad de Madrid con fecha seis de abril de dos mil diez.

La Inspección fue recibida por D. [REDACTED] Supervisor de la instalación, en
representación del titular, quien aceptó la finalidad de la inspección en cuanto se
relaciona con la seguridad y la protección radiológica.

El representante del titular de la instalación fue advertido previamente al inicio de la
inspección que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos
en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y
podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo
que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación
aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o
restringido.

De las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información
requerida y suministrada, resulta que:

UNO. INSTALACIÓN.

- Disponen de un equipo [REDACTED] modelo [REDACTED]
con fuente de [REDACTED] de [REDACTED] en fecha 08/02/16) nº AH-1715. _____
- La fuente fue instalada en fecha 02/06/16. _____
- Disponen del certificado de actividad y hermeticidad en origen de la fuente de
Pm-147 de [REDACTED] nº AH-1715. _____
- Disponen de señalización reglamentaria de zona radiológica. _____

- El equipo está identificado con los datos de la fuente instalada. _____

DOS. EQUIPAMIENTO DE RADIOPROTECCIÓN.

- Disponen de un equipo de medida [REDACTED] nº 19120, calibrado en el [REDACTED] en fecha 15/11/18 y verificado por [REDACTED] en fecha 20/06/16. _____
- Disponen de procedimiento para la calibración (cada cuatro años) y verificación (cada cuatro años) del equipo de medida. _____

TRES. NIVELES DE RADIACIÓN.

- Las tasas de dosis medidas junto al equipo no superaban los _____

CUATRO. PERSONAL DE LA INSTALACIÓN.

Disponen de una licencia de supervisor en vigor. _____

El último informe dosimétrico, emitido por [REDACTED] corresponde al mes de enero de 2019 y presenta valores de fondo para un dosímetro de área y uno personal. _

CINCO. GENERAL, DOCUMENTACIÓN.

- Disponen de los certificados de medida de niveles de radiación y de hermeticidad de la fuente de _____, realizados por [REDACTED] en fechas 11/12/17 y 10/12/18.
- El supervisor realiza la vigilancia radiológica y comprobación de seguridades de la instalación, semestralmente. Últimos registros de fechas 11/12/17, 24/07/18 y 10/12/18. _____
- Disponen de acuerdo escrito para la devolución de las fuentes radiactivas fuera de uso con [REDACTED] _____
- No tienen contrato de mantenimiento para el equipo. En caso necesario [REDACTED] [REDACTED] se encargará de la asistencia técnica. Disponen del registro de intervención de [REDACTED] en fecha 23/01/18 en el Diario de Operación. _____

- Disponen de Diario de Operación General diligenciado por el CSN y rellenado por el supervisor. _____

Con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear; la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear; el Real Decreto 1836/1999 por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas y el Real Decreto 783/2001, por el que se aprueba el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Madrid y en la sede del Consejo de Seguridad Nuclear a veintiuno de marzo de dos mil diecinueve.

TRAMITE.- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del Real Decreto 1836/1999, se invita a un representante autorizado de **COVINIL, S.A.**, para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.