

ACTA DE INSPECCION

D [REDACTED] A, Inspector del Consejo de Seguridad Nuclear,

CERTIFICA: Que se personó el día cuatro de febrero de dos mil diez en la empresa **Servicios de Control e Inspección, S.A. (SCI, S.A.)**, en el [REDACTED] en Sevilla.

Que dicha instalación tiene su sede central en la [REDACTED] en Ajalvir, Madrid.


Que la visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva, ubicada en el emplazamiento referido, destinada a las actividades recogidas en la especificación 5ª de la autorización vigente, concedida por la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Comunidad de Madrid, en fecha 17 de noviembre de 2009.

Que la Inspección fue recibida por Dª [REDACTED] Supervisora de la instalación y D [REDACTED] Delegado en Andalucía, quienes en representación del titular e informados de la finalidad de la inspección, manifestaron aceptarla en cuanto se relaciona con la seguridad y la protección radiológica.

Que los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta:

- Disponían de tres licencias de operador en vigor. _____
- Disponían de certificados de aptitud médica emitidos en los últimos 12 meses. _____



- Las últimas lecturas dosimétricas correspondientes a diciembre de 2009 mostraban dosis del trabajador más expuesto inferiores a 10 mSv acumulada en un año y 30 mSv acumulada en cinco años. _____
- Realizan la formación bianual obligatoria. _____
- Disponían de tres gammágrafos [redacted] n/s 1589, [redacted] n/s D1560 y [redacted] n/s D5050 y un equipo de rayos X [redacted] modelo [redacted] n/s 09-1480-10. _____

- Estaban disponibles los siguientes certificados de los gammágrafos: últimas revisiones realizadas por SCI a los equipos, certificados de actividad y hermeticidad y certificados de cambios de fuente de los tres equipos. _____

Disponían de cuatro telemandos. Presentan los certificados de las revisiones realizadas en los nueve últimos meses. _____

Tenían un foso enterrado y blindado de uso exclusivo y señalizado. ____

Disponían de las hojas de inventario para fuentes de alta actividad. ____


- Tenían la garantía financiera para garantizar la gestión segura de las fuentes de alta actividad. _____
- tienen una póliza de cobertura de riesgo nuclear aplicada a las actividades de transporte de material radiactivo. _____
- Disponían de Consejero de Seguridad. _____
- Disponían de 4 detectores operativos de tasa de dosis y 7 de lectura directa calibrados en origen y verificados en los últimos doce meses. ____

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear, el RD 1836/1999 por el que se aprueba el Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas, el RD 783/2001 por el que se aprueba el Reglamento sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes y la referida autorización, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Madrid y en la Sede del Consejo de Seguridad Nuclear a doce de febrero de dos mil diez.

CSN/AIN/83/IRA/1262/10



Hoja 3 de 3



TRÁMITE

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45 del RD 1836/1999, se invita a un representante autorizado de ~~SERVICONTROL, S.A.~~ para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.

SERVICIOS DE CONTROL E INSPECCIONES S.A.

CONFOR

COMENTARIOS EN CARTA ADJUNTA.

SUPERVISOR 12-1262

ALALUR, 19 DE FEBRERO DE 2010

189292

Consejo de Seguridad Nuclear

Pedro Justo Dorado Dellmans, 11
28040 MADRID

Att. J. [REDACTED] - **Inspector**

N/REF: CSN-10-03

Ajalvir a 19 de Enero de 2010

Asunto: ACTA DE INSPECCION CSN/AIN/83/IRA/1262/2010

Muy señor nuestro,

Adjunto les remitimos una copia del acta de inspección arriba referenciada con nuestra conformidad y las siguientes observaciones:

En la página 2 donde dice "Realizan la formación bianual obligatoria", debería decir, "Realizan la formación *bienal* obligatoria".

En la página 3 donde dice "...se invita a un representante autorizado de [REDACTED]", debería decir, "...se invita a un representante autorizado de SERVICIOS DE CONTROL E INSPECCION, S.A....".

Se les adjunta también una copia de la misma donde hemos tachado aquellos datos que consideramos confidenciales ya que contienen datos que no deseamos que conozca nuestra competencia, por lo que no deberán ser publicados.

S. [REDACTED] aprovechamos la ocasión para saludarle muy atentamente,

[REDACTED]
Supervisor
Servicios de Control e Inspección, S.A.

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
REGISTRO GENERAL

ENTRADA 2707

Fecha: 23-02-2010 13:19