

## ACTA DE INSPECCION

D. [REDACTED] [REDACTED] Funcionario de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia e Inspector Acreditado del Consejo de Seguridad Nuclear

**CERTIFICA:** Que se ha personado, el día dieciséis de diciembre de 2016 en la instalación de rayos X para diagnóstico dental, cuyo titular es [REDACTED], NIF: [REDACTED], sita en [REDACTED] - 30560 - ALGUAZAS (Murcia).

Que la visita tenía por objeto inspeccionar una instalación radiactiva destinada a radiodiagnóstico dental, cuya última inscripción registral es de 21/09/2005, con nº de inscripción IR/MU-1154.

Que la Inspección fue recibida por el titular, acreditado para dirigir este tipo de instalaciones de rayos X.

Que dicho titular de la instalación fue advertido de que el acta que se levante así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:

### OBSERVACIONES

#### **UNO. DEPENDENCIAS Y EQUIPOS**

- La instalación se encuentra ubicada en la planta primera de un edificio de viviendas, en la dirección antes indicada, existiendo por encima una vivienda y por debajo un local comercial.
- En la instalación se encuentra un equipo para radiología dental intraoral, [REDACTED] con nº de serie ITH021343/49096/IXRA019475, ubicado en su correspondiente sala.
- Dispone de otro equipo, modelo [REDACTED] sin placa, manifestando el titular

que la empresa de venta y asistencia técnica retiró la parte activa y aportando certificado de ésta ( ) donde se indica que el aparato pasó a su poder para su neutralización y destrucción.

- La instalación dispone de control de acceso y de la señalización reglamentaria, pero no de cartel de aviso a embarazadas.
- En la instalación se dispone de un delantal plomado y un collarín

### DOS. NIVELES DE RADIACIÓN.

Los niveles de radiación registrados en la instalación utilizando como elemento de dispersión una botella de plástico con agua, utilizando la técnica mas frecuente, son los siguientes:

Gabinete intraoral:

kV	mA	Seg.	Puesto	$\mu$ Sv/h
60		0,16	Control (pasillo, pulsador de pared)	17,5
60		0,16	Gabinete contiguo	0,08
60		0,16	Sla contigua de esterilización	43

### TRES. PERSONAL DE LA INSTALACIÓN.

- Hay una acreditación para dirigir u operar la instalación, que corresponde al titular.
- No se exhiben acreditaciones de operador.

### CUATRO. DOCUMENTACIÓN

- Se exhibe a la Inspección el documento de Registro de la instalación con el aparato en ella existente.

CSN-RM/AIN/1/RX/MU-1154/2016

Hoja 3 de 4

- No presenta documentación de control dosimétrico.
- Dispone de Control de Calidad anual realizado con fecha 22/01/2016 por la UTPR [REDACTED] no señalando anomalías
- Aporta certificado anual de vigilancia de nivel de radiación ambiental, de fecha y por la UTPR iguales que en el caso anterior , sin valores inadmisibles.
- Se exhibe contrato con la UTPR [REDACTED], de 02/12/2016.
- Dispone de Programa de Protección Radiológica.
- No aporta Certificado de conformidad de la instalación.

#### DESVIACIONES

- No dispone de cartel de aviso a embarazadas
- No presenta documentación de control dosimétrico.
- No aporta Certificado de conformidad de la instalación

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear, el Real Decreto 783/2001 Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Murcia y en la sede de La Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a 1 de febrero de 2017.

EL INSPECTOR ACREDITADO POR EL  
C. S. N.

Fdo: [REDACTED]

CSN-RM/AIN/1/RX/MU-1154/2016  
Hoja 4 de 4

**TRÁMITE.** En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del RD 1836/1999 citado, se invita al titular, para que con su firma, lugar y fecha, manifieste, a **continuación**, su conformidad o reparos al contenido del Acta.

CONFORME, APORTO DOCUMENTACIÓN (CERTIFICADO DE  
CONFORMIDAD DE LA INSTALACIÓN.)

10-02-2017

## DILIGENCIA

En relación con el Acta de Inspección de referencia **CSN-RM/AIN/1/RX/MU-1154/2016** de fecha 1 de febrero, correspondiente a la inspección realizada en la instalación de RX para diagnóstico médico, cuyo titular es [REDACTED] sita en [REDACTED] - 30560 - ALGUAZAS (Murcia).

El titular de la instalación aporta el 10/3/2017 certificado de conformidad de 2/2/2017, realizado por [REDACTED] en el que se indican varias observaciones a subsanar. También aporta un documento titulado Auditoría sobre cumplimiento de Programa de Protección Radiológica.

El Inspector que suscribe manifiesta:

Dado que el certificado de conformidad es de fecha posterior a la inspección, no se acepta dicho documento como reparo del hecho de no disponer de él el día de la inspección, por lo que el contenido del acta no varía.

Murcia, 7 de abril de 2017

Fdo.: [REDACTED]