

CONSEJO DE  
SEGURIDAD NUCLEAR

## ACTA DE INSPECCIÓN

[REDACTED] funcionaria de la Generalitat de Catalunya e inspectora acreditada por el Consejo de Seguridad Nuclear

CERTIFICA: Que se ha personado el día 26 de mayo de 2009, en el Centro Médico del Dr. [REDACTED] con NIF: [REDACTED] sita en la C/ [REDACTED] en Rubí (Barcelona).

Que la visita tuvo por objeto realizar la inspección de una instalación radiactiva, destinada a radiodiagnóstico médico y que figura inscrita en fecha 5.02.1996 en el registro de instalaciones de rayos X con finalidad de diagnóstico médico (según el Real Decreto 1891/1991 de 30 de diciembre) de la Direcció General d'Energia i Mines del Departament d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya.

Que la inspección fue recibida por el Dr. [REDACTED] con acreditación para dirigir instalaciones de radiodiagnóstico médico, quien aceptó la finalidad de la inspección, en cuanto se relaciona con la protección radiológica.

Que la representante del titular de la instalación fue advertida previamente al inicio de la inspección de que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

Que de las comprobaciones efectuadas por la inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:

GENERALIDADES

- El equipo de la firma [REDACTED] modelo [REDACTED] había sido retirado en fecha 29.10.2003 y había sido sustituido por uno de la firma [REDACTED] modelo [REDACTED]. Estaba pendiente la modificación para la inscripción del nuevo equipo y el cambio de titular a [REDACTED] con NIF [REDACTED].
- Estaba disponible el certificado de retirada del equipo [REDACTED] modelo [REDACTED].



- La instalación se encontraba ubicada en la planta baja en el emplazamiento referido.-----
- Estaba formada por un equipo fijo de rayos X instalado en la sala de Radiología.-----
- Estaba disponible el plano de la instalación.-----
- Lindaba en el plano superior e inferior con viviendas y con parking.-----
- Disponía de 1 acreditación del CSN para dirigir instalaciones de radiodiagnóstico médico a nombre del Dr. [REDACTED]-----
- Disponía de 1 dosímetro personal para la realización del control dosimétrico del Dr. [REDACTED]-----
- Disponía de un convenio con el [REDACTED] para la realización de dicho control dosimétrico.-----
- No estaban disponibles los registros mensuales ni el historial dosimétrico individualizado ni la dosis acumulada de los últimos cinco años del personal profesionalmente expuesto de la instalación.-----
- Disponía del certificado CE del equipo nuevo de rayos X.-----
- [REDACTED] había realizado el control de calidad de los equipos de rayos X y la vigilancia de los niveles de radiación en los puestos de trabajo en fecha 11.05.2009.-----
- En dicha revisión se recomendaba la revisión por una empresa de mantenimiento ya que se detectaban deficiencias en la coincidencia y centrado del haz de radiación/haz luminoso.-----
- El equipo convencional será revisado por la empresa [REDACTED]-----
- No disponían de diario de operaciones.-----
- Disponían de 1 delantal plomado.-----

#### Sala de Radiología

- La sala de rayos X lindaba con sala de curas, vecinos, sala de revelado y vecinos y pasillo.-----
- El acceso era señalizado y controlado.-----
- Era visible un cartel de aviso a embarazadas.-----





CONSEJO DE  
SEGURIDAD NUCLEAR

TRÁMITE: En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas (Real Decreto 1836/1999, BOE 313 del 31.12.1999 - versión castellana y BOE 1 del 20.01.2000 - versión catalana), se invita a un representante acreditado de Centro Médico del Dr. [REDACTED] a que con su firma haga constar, a continuación, las manifestaciones que estime pertinentes.

