Pedro Justo Dorado Dellmans, 11. 28040 Madrid
Tel.: 91 346 01 00
Fax: 91 346 05 88
www.csn.es

Copia pública del acta de inspección de conformidad con el artículo 15.2 del Estatuto del CSN y el artículo 127.4 RINR.

ACTA DE INSPECCIÓN

funcionario del Consejo de Seguridad Nuclear acreditado como inspector, en su condición de autoridad pública según el artículo 122 del Reglamento de instalaciones nucleares y radiactivas, y otras actividades relacionadas con la exposición a las radiaciones ionizantes, aprobado por el Real Decreto 1217/2024, de 3 de diciembre, en el ejercicio de la función inspectora,

CERTIFICA: Que se personó el día trece de noviembre de dos mil veinticinco en **ADESLAS SALUD, SAU.**, con NIF situado en la localidad de Córdoba, en la provincia de Córdoba.

La visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva destinada a radiodiagnóstico médico, ubicada en el emplazamiento referido, y que se encuentra inscrita en el Registro Especial de Instalaciones de Rayos X de Diagnóstico Médico de la Junta de Andalucía, con última declaración por modificación de fecha 29 de noviembre de 2021.

La Inspección fue recibida por , , quien aceptó la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la protección radiológica.

La representante del titular de la instalación fue advertida previamente al inicio de la inspección que el acta que se levanta, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

De las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta:

UNO. DEPENDENCIAS Y EQUIPOS.

- La instalación dispone de los siguientes equipos odontológicos: _____
  - Un densitómetro marca , modelo , con nº de serie . _____
  - Un equipo de rayos X telemando marca , modelo , con nº de serie _____
  - Un mamógrafo marca , modelo , con nº de serie . _____
- Los tres equipos disponen de identificación. _____

Pedro Justo Dorado Dellmans, 11. 28040 Madrid
Tel.: 91 346 01 00
Fax: 91 346 05 88
www.csn.es

- Las salas donde se encuentran los equipos, disponen de señalización de zona radiológica reglamentaria. _____

DOS. MEDIDAS DE RADIACIÓN.

- Durante la inspección se midieron tasas de dosis ambientales con un monitor de radiación nº de serie , con los equipos de rayos X en funcionamiento, obteniendo:

  - µSv/h en ranura lateral de la puerta de acceso a la sala del densitómetro. _
  - µSv/h en cristal plomado del puesto de control del telemando. _____
  - µSv/h tras mampara blindada, en el puesto de control de la sala del mamógrafo; µSv/h fuera de la mampara blindada. _____

TRES. PERSONAL DE LA INSTALACIÓN.

- Directora de la instalación, está acreditada para dirigir instalaciones de radiodiagnóstico. _____

- Además de la Directora responsable, se dispone de tres acreditaciones para operar y una más para dirigir, instalaciones de radiodiagnóstico. _____

- Las trabajadoras expuestas están clasificadas en categoría B. _____

- Se dispone de los informes dosimétricos de 2024 y hasta septiembre de 2025, emitidos por , que muestran valores mensuales de mSv para las tres operadoras. _____

CUATRO. GENERAL, DOCUMENTACIÓN.

- Se dispone de copia de la inscripción en el Registro Especial de Instalaciones de Rayos X de Diagnóstico Médico de la Junta de Andalucía. Los equipos de rayos X inscritos coinciden con lo que se encuentra declarado. _____

- Se dispone de Programa de Protección Radiológica sin actualizar según el Real Decreto 1029/2022, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección de la salud contra los riesgos derivados de la exposición a las radiaciones ionizantes y el Real Decreto 1217/2024, de 03 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones nucleares y radiactivas, y otras actividades relacionadas con la exposición a las radiaciones ionizantes. _____

Copia pública del acta de inspección de conformidad con el artículo 15.2 del Estatuto del CSN y el artículo 127.4 RINR.

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR · INSPECCIÓN

Pedro Justo Dorado Dellmans, 11. 28040 Madrid
Tel.: 91 346 01 00
Fax: 91 346 05 88
www.csn.es

- Se dispone de contrato vigente con la Unidad Técnica de Protección Radiológica . _____

- Se dispone del informe de inspección anual del año 2025, emitido en fecha 24/06/25 por la UTPR , que incluye control de calidad, verificación de dosis impartidas a pacientes (mamógrafo y telemando), y niveles de radiación en los puestos de trabajo y áreas accesibles al público. La visita técnica se realizó en fecha 17/06/25 por parte de y el informe dispone de la firma de la Jefa de la UTPR, y de los Radiofísicos y en las estimaciones de dosis a paciente. _____

- Se dispone de certificado de conformidad de la instalación emitido por la UTPR , relativo al año 2025. _____

- Se dispone de prendas de protección radiológica. _____

Con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980, de 22 de abril, de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964, de 29 de abril, sobre energía nuclear, el Real Decreto 1029/2022, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección de la salud contra los riesgos derivados de la exposición a las radiaciones ionizantes, el Real Decreto 1217/2024, de 03 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones nucleares y radiactivas, y otras actividades relacionadas con la exposición a las radiaciones ionizantes y el Real Decreto 1085/2009, de 3 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre instalación y utilización de aparatos de rayos X con fines de diagnóstico médico, se levanta y suscribe la presente acta, firmada electrónicamente.

Copia pública del acta de inspección de conformidad con el artículo 15.2 del Estatuto del CSN y el artículo 127.4 RINR.