Trámite Normal

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
EVALUACIÓN CSN/SRO				
5	AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO	Nombre: CENTRO AVANZADO DE DIAGNÓSTICO PET SA EN MÁLAGA. Localidad: Málaga IRA-3616 Fecha Solicitud: 19-02-2025	Autorización del funcionamiento para la posesión y uso de un equipo híbrido de tomografía por emisión de positrones, material radiactivo no encapsulado para terapia ambulatoria, material radiactivo no encapsulado para diagnóstico y fuentes radiactivas encapsuladas para calibración de equipos.	Instalación de segunda categoría para posesión y uso de material radiactivo (incluyendo radionucleidos emisores de positrones) y equipos generadores de radiación con fines de diagnóstico en el campo de aplicación de la medicina nuclear. Es necesario inspección previa a la Puesta en Marcha de la modificación.