Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
EVALUACIÓN CSN/SRO				
27	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	Nombre: AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Localidad: Madrid IRA-2747 Fecha Solicitud: 20-02-2026	Autorización de modificación de la instalación para: • la adquisición de un nuevo equipo de la firma Geotek, modelo Multi-Sensor Core Logger (MSCL-111) • el alta de una nueva dependencia ubicada en la denominada Sala Box-Scan en la Litoteca del IGME	Instalación de segunda categoría autorizada para la caracterización mineralógica y geoquímica de materiales geológicos mediante análisis por fluorescencia de rayos X y medida de densidad de sedimentos y rocas con fines de investigación y análisis de la composición de testigos de sondeos mediante técnicas analíticas con fines de control de procesos.

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
28	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	Nombre: SERVICIOS DE CONTROL E INSPECCIÓN Localidad: Madrid IRA-1262 Fecha Solicitud: 13-01-2026	Autorización de modificación de la instalación para incluir como actividad autorizada en el búnker de operación de la delegación de Huelva el almacenamiento de equipos de gammagrafía, Aprobación del Plan de protección física de SCI, SAU en revisión 11.	Instalación de segunda categoría autorizada para: • Radiografía y gammagrafía industrial en recinto blindado (fija) y de forma móvil. • Medida de densidad y humedad de suelos y análisis instrumental. • Comercialización y asistencia técnica. • Uso de material radiactivo no encapsulado como trazador en plantas industriales. • Realización de pruebas de hermeticidad a fuentes radiactivas encapsuladas. • Verificación de detectores de radiación. • Uso de fuentes encapsuladas de neutrones para medidas de nivel en plantas industriales. • Uso de fuentes encapsuladas de Cs-137 y de Co-60 para el estudio de grandes componentes en plantas industriales. Está pendiente la solicitud de inspección previa a la Notificación de Puesta en Marcha del recinto blindado de radiografiado (bunker) nº 5 ubicado en Beasaín (Guipúzcoa) y del búnker 3 de la delegación de Zaragoza.

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
EMPRESAS DE COMERCIALIZACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA DE EQUIPOS GENERADORES DE RAYOS X (OAR)				
29	AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO	Nombre: MAKIAN TÉCNICAS, SL Localidad: Madrid OAR-0201 Fecha Solicitud: 28-10-2025	Autorización de comercialización y asistencia técnica de los equipos generadores de rayos X con aprobación de tipo de la marca AMD Color Sorter (que se comercializarán como Makian) modelo KXA6-G PRO (que se comercializará como M-RX1). La referencia de la aprobación de tipo de estos equipos es: HM/0442 (NHM-X403).	Autorización de comercialización y asistencia técnica en España de los equipos de la marca AMD Color Sorter, modelo KXA6-G PRO con aprobación de tipo.
EVALUACIÓN CCAA				

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
30	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	Nombre: Institut Mèdic d'Onco-Radioteràpia, SL Localidad: Barcelona IRA-2302 Fecha Solicitud: 13-11-2025	Autorización de modificación por: • Baja de un equipo de carga diferida de la marca Nucletron, modelo MicroSelectron HDR. • Alta un equipo de la firma ELEKTA, modelo Flexitron • Aumentar la actividad permitida de 192 Ir	Instalación radiactiva de segunda categoría para la posesión y utilización de equipos y material radiactivo para la terapia con haces externos y la braquiterapia. EVALUADA POR LA ENCOMIENDA DE CATALUÑA
31	AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO	Nombre: Aerospace Engineering Group, SL Localidad: Abanto Zierbena (Bizkaia). IRA-3633 Fecha Solicitud: 08-09-2025	Autorización de funcionamiento por: - Adquisición de equipo de soldadura por haz de electrones marca Cambridge Vacuum Engineering, modelo ECO 450, de 60 Kv, 67 mA y 4 kW de tensión, intensidad y potencia máxima respectivamente. - Asistencia técnica del equipo indicado en párrafo anterior.	Instalación de tercera categoría para el uso de equipos generadores de radiación con fines de Soldadura por haz de electrones y la asistencia técnica del equipo. EVALUADA POR LA ENCOMIENDA DEL PAIS VASCO Es necesario inspección previa a la Puesta en Marcha de la modificación