

ACTA DEL PLENO DEL CONSEJO- Nº 1766

Madrid 21 de enero de 2026

Asistentes:

Presidente	Sr. Lentijo Lentijo
Vicepresidenta	Sra. Lucio Carrasco
Consejero	Sr. Dies Llovera
Consejero	Sr. Castejón Magaña
Consejera.....	Sra. Calzón Fernández
Secretario general.....	Sr. Martín González

Convocatoria: 15 de enero de 2026

El presidente, la vicepresidenta, los consejeros, la consejera y el secretario general asisten presencialmente.

I. **APROBACIÓN**, si procede, del Acta correspondiente a la reunión 1765 del Pleno del Consejo de 14 de enero de 2026

II. **ASUNTOS PARA TOMA DE DECISIÓN**

Trámite normal

1. Informe sobre instalaciones radiactivas
 - 1.1. Braquibizi, SLP; IRA-3636; Donostia-San Sebastián (Guipuzkoa)
 - 1.2. HM MACAT, SA; IRA-2332; Barcelona

Trámite simplificado

2. Informe sobre instalaciones radiactivas
3. Asuntos varios

III. **ASUNTOS PARA INFORMACIÓN**

1. Incidencias en instalaciones
2. Sucesos notificados en instalaciones y actividades reguladas
3. Entrada de solicitudes y previsiones para próximos Plenos
4. Propuestas e informes del presidente, consejeros y secretario general
 - 4.1. Presidencia del CSN
 - 4.1.1. Respuesta a la resolución periódica 15.^a aprobada por la Comisión de Economía y Hacienda en su sesión del 16 de diciembre de 2008, al Informe anual 2007. Segundo semestre 2025

- 4.1.2. Designación del representante del CSN en la Estrategia Nacional de Fusión-
Coordinación Área de licenciamiento y seguridad de reactores
- 4.2. Consejero Francisco Miguel Castejón Magaña
 - 4.2.1. Informe de asistencia a la 78ª reunión del Comité de Seguridad de Instalaciones Nucleares (CSNI) de la NEA: 1 y 2 de diciembre de 2025
- 4.3. Consejera Silvia Calzón Fernández
 - 4.3.1. Informe de asistencia a la 36ª Reunión del Comité de Dirección de HERCA, celebrada los días 27 y 28 de noviembre en La Haya
- 4.4. Secretaría General
 - 4.4.1. Acta del Pleno del Consejo nº 1764 de 9 de enero de 2026
5. Comisiones del Consejo y Comités
6. Cumplimiento de encargos del Consejo
7. Informe sobre delegaciones del Consejo
8. Informes de las Direcciones Técnicas
9. Ruegos y preguntas

- I. **APROBACIÓN**, si procede, del Acta correspondiente a la reunión 1765 del Pleno del Consejo del 14 de enero de 2026.

El Pleno **ACUERDA**, la aprobación del acta nº 1765 correspondiente a la reunión celebrada el día 14 de enero de 2026.

II. **ASUNTOS PARA TOMA DE DECISIÓN**

Trámite normal

1. Informe sobre instalaciones radiactivas

1.1 Braquibizi, SLP; IRA-3636; Donostia-San Sebastián (Guipuzkoa)

La Secretaría General presenta a la consideración del Pleno la propuesta de la Dirección Técnica de Protección Radiológica (DPR) (Ref.: CSN-PV/PDT/PM-1/IRA-3636/25) relativa a la solicitud de autorización de funcionamiento de la instalación radiactiva médica de radioterapia Braquibizi SLP en Donostia-San Sebastián (Guipuzkoa).

Las actividades que se autoriza a desarrollar en la instalación son las de uso de fuentes radiactivas encapsuladas con fines de radioterapia en el campo de la braquiterapia de próstata con semillas de yodo-125.

De acuerdo con las conclusiones de la evaluación realizada por el Gobierno Vasco, la DPR propone informar favorablemente la solicitud.

El Pleno, analizada la documentación y la propuesta de la DPR, **ACUERDA** estimar la solicitud de autorización de funcionamiento en los términos propuestos.

1.2 HM MACAT, SA, IRA-2332, Barcelona

La Secretaría General presenta a la consideración del Pleno la propuesta de la Dirección Técnica de Protección Radiológica (DPR) (Ref.: CSN/PDT/MO-08/IRA-2332/26) relativa a la solicitud de modificación de la autorización de funcionamiento de la instalación radiactiva de medicina nuclear HM MACAT de Barcelona.

La modificación consiste en la sustitución de un equipo SPECT-CT marca PHILIPS modelo Brightview-X por un SPECT-CT de la marca General Electric modelo Discovery NM/CT 670 PRO, el aumento de la actividad de una fuente de ¹³⁷Cs hasta los 37 MBq, la baja de varios isótopos no encapsulados, así como de varias fuentes encapsuladas y finalmente, la baja, remodelación y alta de distintas dependencias de la instalación.

De acuerdo con las conclusiones de la evaluación realizada por el Servei de Coordinació d'Activitats Radioactives (SCAR), la DPR propone informar favorablemente la solicitud.

El Pleno, analizada la documentación y la propuesta de la DPR, **ACUERDA** estimar la solicitud de modificación de la autorización en los términos propuestos.

Trámite simplificado

2. Informe sobre instalaciones radiactivas

La Secretaría General presenta a la consideración del Pleno la propuesta de informe favorable realizada por la Dirección Técnica de Protección Radiológica (DPR) relativa a la instalación siguiente:

- Orcrom Metall Detectors SL, OAR-0128, Vilanova I la Geltrú (Barcelona)

El Pleno considera que la propuesta cumple con la normativa y la disposición aplicable, como se desprende del análisis y evaluación siguiente:

- CSN/IEV/MO-1/OAR-0128/25

El Pleno **ACUERDA** informar favorablemente la citada evaluación en los términos propuestos.

3. Asuntos varios

No se incluye ningún asunto en este punto del orden del día.

III. ASUNTOS PARA INFORMACIÓN

1. Incidencias en instalaciones

El Pleno toma nota de la información aportada.

2. Sucesos notificados en instalaciones y actividades reguladas

El Pleno toma nota de la información aportada.

3. Entrada de solicitudes y previsiones para próximos Plenos

El Pleno toma nota de la información aportada por la Secretaría General.

4. Propuestas e informes del presidente, consejeros y secretario general

4.1 Presidencia del CSN

4.1.1 Respuesta a la resolución periódica 15.^a aprobada por la Comisión de Economía y Hacienda en su sesión del 16 de diciembre de 2008, al Informe anual 2007. Segundo semestre 2025

El Pleno toma nota de la información aportada por el presidente.

4.1.2 Designación del representante del CSN en la Estrategia Nacional de Fusión- Coordinación Área de licenciamiento y seguridad de reactores"

El Pleno toma nota de la información aportada por el presidente.

4.2 Consejero Francisco Miguel Castejón Magaña

4.2.1 Informe de asistencia a la 78ª reunión del Comité de Seguridad de Instalaciones Nucleares (CSNI) de la NEA: 1 y 2 de diciembre de 2025

El Pleno toma nota de la información aportada por el consejero.

4.3 Consejera Silvia Calzón Fernández

4.3.1 Informe de asistencia a la 36ª Reunión del Comité de Dirección de HERCA, celebrada los días 27 y 28 de noviembre en La Haya

El Pleno toma nota de la información aportada por la consejera.

4.4 Secretaría General

4.4.1 Acta del Pleno del Consejo N° 1764, de fecha 9 de enero de 2026

El Pleno toma nota de la información aportada por el secretario general.

5. Comisiones del Consejo y Comités

No se trató ningún asunto en este punto del orden del día.

6. Cumplimiento de encargos del Consejo

No se trató ningún asunto en este punto del orden del día.

7. Informe sobre delegaciones del Consejo

Delegaciones en Presidencia

- **Licencias, acreditaciones y homologación de cursos. Acuerdo 18/03/98 (BOE 14/05/98):**
 - Resolución de 12/01/2026: Concesión de acreditaciones para dirigir (6) y operar (63) de instalaciones de rayos X.
 - Resolución de 12/01/2026: Concesión de diplomas de jefe de Servicio de Protección Radiológica (2).

Delegaciones en Direcciones Técnicas

- **Notificaciones de puesta en marcha de instalaciones radiactivas. Acuerdo 26/03/08 (BOE 07/04/08):**
 - Resolución de 13/01/2026: Notificación a IRA-3611.

8. Informes de las Direcciones Técnicas

Las directoras técnicas de seguridad nuclear y de protección radiológica no comparecieron durante la reunión.

9. Ruegos y preguntas

En esta reunión del Pleno no se ha efectuado ningún ruego ni pregunta.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 17:05 horas del día 21 de enero de dos mil veintiséis.

*Firmado electrónicamente por el secretario general
Pablo Martín González*

Vº Bº

*Firmado electrónicamente por el presidente
Juan Carlos Lentijo Lentijo*