

ACTA DE INSPECCIÓN

funcionaria de la Generalitat y acreditada por el Consejo de Seguridad Nuclear como inspectora, en su condición de autoridad pública según el artículo 122 del Reglamento de instalaciones nucleares y radiactivas, y otras actividades relacionadas con la exposición a las radiaciones ionizantes, aprobado por el Real Decreto 1217/2024, de 3 de diciembre, en el ejercicio de la función inspectora.

CERTIFICA: Que se personó el día cuatro de diciembre de dos mil veinticinco, en las instalaciones de la clínica cuyo titular es **CLÍNICA DENTAL, S.L.U.**, de NIF: _____, ubicada en _____, del municipio de Paterna, en la provincia de Valencia.

La visita tuvo por objeto la inspección de control, sin previo aviso, de una instalación de rayos X con fines de radiodiagnóstico médico, ubicada en el emplazamiento referido, cuya comunicación de inscripción vigente (DCL-1) en el Registro de equipos e instalaciones de rayos X con fines de diagnóstico médico, fue concedida por parte del Servicio Territorial de Energía de Valencia con fecha 25 de mayo de 2009 y número de registro 46/IRX/1971.

La inspección fue recibida por _____, y _____, quienes aceptaron la finalidad de esta en cuanto se relaciona con la seguridad y protección radiológica.

La representante del titular fue advertida previamente al inicio de la inspección que el acta que se levantara de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

De las comprobaciones efectuadas por la inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta:

UNO. INSTALACIÓN

- La instalación consta de las siguientes salas y equipos:

Sala 1. Equipo de radiodiagnóstico dental intraoral.

- Equipo de la firma _____, modelo _____, n/s _____, que alimenta a un tubo de la firma _____, modelo _____, n/s _____, y con condiciones máximas de funcionamiento de 70 kVp y 8 mA. _____
- El equipo dispone de pulsador de disparo ubicado fuera de la sala de exploraciones, junto a la puerta de acceso. _____
- El acceso a la sala está señalizado como zona vigilada indicativa de riesgo de irradiación según norma UNE 73.302. _____
- La sala dispone de puerta de acceso y paredes convencionales; suelo y techo de material forjado. _____



- La sala limita en el mismo plano con local vecino, gabinetes dentales y pasillo; con vivienda en la parte superior y cimentación en la inferior. _____

Sala 2. Equipo de radiodiagnóstico dental panorámico.

- Equipo de la firma _____, modelo _____, n/s _____, que alimenta a un tubo de la firma _____, modelo _____, n/s _____, y con condiciones máximas de funcionamiento de 90 kVp y 16 mA. _____
- El equipo dispone de pulsador de disparo ubicado fuera de la sala de exploraciones, junto a la puerta de acceso. _____
- El acceso a la sala está señalizado como zona controlada indicativa de riesgo de irradiación según norma UNE 73.302. _____
- La sala dispone de puerta de acceso y paredes emplomadas; suelo y techo de material forjado. _____
- La sala limita en el mismo plano con pasillo, sala de máquinas, local vecino, y baño; con vivienda en la parte superior y cimentación en la inferior. _____

DOS. EQUIPAMIENTO DE RADIOPROTECCIÓN

- La instalación dispone de un delantal de adultos con protector de tiroides y un delantal infantil con protector de tiroides, ambos emplomados, como medios de protección contra las radiaciones ionizantes. _____

TRES. NIVELES DE RADIACIÓN.

- La instalación dispone de dos dosímetros de termoluminiscencia de área ubicados junto a los pulsadores de disparo de los equipos, procesados mensualmente por la entidad _____, cuyas lecturas se encuentran disponibles hasta octubre de 2025. _____

CUATRO. PERSONAL DE LA INSTALACIÓN

- La instalación dispone de una persona con acreditación para dirigir instalaciones de rayos x con fines de diagnóstico médico y dos personas con acreditación para operar equipos de radiodiagnóstico médico. _____
- Las personas con acreditación están clasificadas como categoría B en el programa de protección radiológica. _____
- La instalación dispone de procedimiento de asignación de dosis personal a través de la dosimetría de área, según procedimiento desarrollado por _____ y de la asignación de dosis al personal correspondientes a los años 2022, 2023 y 2024.
- El personal de la instalación ha asistido a un curso de formación de reciclaje en materia de protección radiológica, impartido por _____, en octubre y noviembre de 2024. Disponen de los certificados de asistencia. _____



CINCO. GENERAL, DOCUMENTACIÓN

- La instalación está inscrita en el Registro de equipos e instalaciones de rayos X con fines de diagnóstico médico del Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas de Valencia, con número 46/IRX/1971. _____
- Con fecha 18 de julio de 2022, se declara en el Registro de equipos e instalaciones de rayos X con fines de diagnóstico médico, la modificación por cambio de titular y cambio de equipo de radiodiagnóstico dental panorámico. Está disponible la memoria de declaración que incluye:
 - Declaración del titular, Anexo I.a y I.b. _____
 - Certificado de conformidad del equipo (anexo II) firmada por _____ y pruebas de aceptación, firmadas por la EVAT _____, ambas con fechas 13 de enero de 2022. _____
 - Certificado de conformidad de la instalación (Anexo III) firmado por al UTPR contratada con fecha 28 de octubre de 2022. _____
 - Certificado de retirada del equipo intraoral marca _____, por la EVAT _____, de fecha 29 de junio de 2022, y del equipo panorámico de la firma _____, por la EVAT _____, de fecha 13 de enero de 2022. _____
 - Constitución de la empresa. _____
 - Certificado de conformidad de la instalación (Anexo III), firmado por al UTPR contratada con fecha 15 de julio de 2022. _____
- La instalación dispone de contrato de prestación de servicios con la Unidad Técnica de Protección Radiológica (UTPR) _____ firmado con fecha 26 de diciembre de 2023. _____
- La instalación dispone de programa de protección radiológica y programa de garantía de calidad realizado por la UTPR contratada, de fecha 26 de diciembre de 2023. _____
- Los equipos instalados disponen de certificado de conformidad del marcado CE. _____
- La instalación dispone de certificado de conformidad periódico firmado por la UTPR contratada con fecha 22 de septiembre de 2025. _____
- El informe periódico de la instalación correspondiente al periodo 2023-2024, ha sido realizado y remitido al Consejo de Seguridad Nuclear, por al UTPR contratada, con fecha 28 de marzo de 2025. _____
- El último control de calidad de los equipos, verificación radiológica de la instalación y estudio de dosis a paciente ha sido realizado por la UTPR contratada con fecha 27 de agosto de 2025. Disponen de los informes control de calidad de los equipos, verificación radiológica de la instalación y estudio de dosis a paciente, en los que se reflejan el estado aceptable de los equipos y correcto de la instalación. _____



Con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980, de 22 de abril, de creación del Consejo de Seguridad Nuclear; la Ley 25/1964, de 29 de abril, sobre energía nuclear; el Real Decreto 1217/2024, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas otras actividades relacionadas con la exposición a las radiaciones ionizantes; el Real Decreto 1029/2022, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección de la salud contra los riesgos derivados de la exposición a las radiaciones ionizantes; el Real Decreto 1085/2009, de 3 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre instalación y utilización de aparatos de rayos X con fines de diagnóstico médico, así como el registro referido, se levanta y suscribe la presente acta firmada electrónicamente.