



CSN-CAIB/AIN/01/RX/PM-1938/2025

Página 1 de 2

ACTA DE INSPECCIÓN

jefe del Servicio de Actividades Radiactivas del Govern de les Illes Balears e inspector acreditado por el Consejo de Seguridad Nuclear para actuar en el territorio de la Comunidad Autónoma de les Illes Balears, en su condición de autoridad pública según el artículo 122 del Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas y otras actividades relacionadas con la exposición a las radiaciones ionizantes aprobado por el Real Decreto 1217/2024, de 3 de diciembre, en el ejercicio de la función inspectora,

CERTIFICA: Que se personó, sin previo aviso, el día veinticuatro de octubre de 2025 en el edificio situado en _____, (07400) ALCÚDIA.


La visita tenía por objeto inspeccionar una instalación de rayos X con fines de diagnóstico médico que, según los datos del Registro, está ubicada en el emplazamiento referido y cuyo código es RXPM-1938. Había sido inscrita el 02/12/2010 a nombre de _____, con NIF _____.

La inspección no pudo ser recibida por el titular ni por ningún representante del mismo.

De las comprobaciones efectuadas por la inspección, así como de la información recopilada, resulta:

- A la llegada de la inspección se comprobó que la dirección indicada se correspondía con un edificio plurifamiliar que no albergaba ni en los locales de planta baja ni en sus pisos ninguna clínica dental.
- Consultado al respecto, personal que trabajaba en el local adjunto manifestó que hacía varios años había una clínica dental en uno de los pisos de la finca, que su titular era de nacionalidad extranjera y que la clínica había cerrado hacia ya varios años.





Página 2 de 2

- La instalación había sido inscrita por declaración del titular, _____, con NIF _____, el 02/12/2010, constando inscritos los equipos:

Equipo /sala	Marca	Modelo	n/s	Kv	mA
intraoral				65	7.5
ortopanto				74	7

- En el Registro no consta la declaración de clausura o traslado de la instalación.

DESVIACIONES

- La instalación ha sido clausurada o trasladada sin que el titular haya tramitado la correspondiente declaración ante el Registro. Se incumpliría el artículo 14 del Reglamento sobre instalación y utilización de aparatos de rayos X con fines de diagnóstico médico.

Con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980, de 22 de abril, de creación del Consejo de Seguridad Nuclear; la Ley 25/1964, de 29 de abril, sobre Energía Nuclear; el Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas y otras actividades relacionadas con la exposición a las radiaciones ionizantes aprobado por el Real Decreto 1217/2024, de 3 de diciembre; el Real Decreto 1085/2009, de 3 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre instalación y utilización de aparatos de rayos X con fines de diagnóstico médico; y el Real Decreto 1029/2022, de 20 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento sobre protección de la salud contra los riesgos derivados de las radiaciones ionizantes, se levanta y suscribe la presente acta en Palma, en la sede de la Dirección General de Industria y Polígonos Industriales.

