



ACTA DE INSPECCION

D. [REDACTED] Inspector del Consejo de Seguridad Nuclear

CERTIFICA: Que se ha personado el día cinco de noviembre de dos mil ocho en la CLINICA DENTAL DE D. [REDACTED] cuyo titular es él mismo, de NIF [REDACTED] y que se encuentra en la calle [REDACTED] de Ronda, en Málaga (C.P.-29400).

Que la visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva, ubicada en el emplazamiento referido, destinada a radiodiagnóstico médico, y que no se encuentra inscrita en el Registro oficial de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Que la Inspección fue recibida por D. [REDACTED] titular de la instalación, quien aceptó la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la protección radiológica.


Que se advierte al representante del titular de la instalación de que el acta que se levanta así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:

OBSERVACIONES

UNO. DEPENDENCIAS Y EQUIPOS

- La instalación consta de 1 único equipo intraoral, instalado en una sala no plomada y señalizada con trébol. _____
- El equipo instalado era de marca y modelo [REDACTED] con nº de serie 677445 y tubo nº 340563. _____
- Disponían de carteles de aviso a embarazadas. _____





- Disponían de 1 delantal y 1 collarín plomados. _____

DOS. MEDIDAS DE RADIACIÓN


- Mientras se efectuaba un disparo sobre un fantoma de agua, con 0'68 segundos, se midió en la ubicación del operador una tasa de dosis similar al fondo radiológico natural. _____

TRES. PERSONAL DE LA INSTALACION

- Según manifestó el titular, él es el único operador del equipo y la única persona considerada expuesta a radiaciones ionizantes. _____
- El titular dispone de Acreditación para Dirigir. _____
- El titular disponía de un TLD personal, cuyas lecturas actualizadas son de 0'99 mSv/5 años. _____

CUATRO. GENERAL, DOCUMENTACIÓN

- Disponían de un Diario de Operación, entregado por la UTPR _____ que tenía anotada la revisión realizada a la instalación en fecha 21-05-2007. Se adjunta, como Anexo 1, copia de la página de interés. _____
- Según manifestó el titular, la revisión anotada en el Diario fue realizada por un técnico, no por la titular de la UTPR, a la que conoce únicamente por contactos telefónicos. _____
- Se mostró al inspector copia de la Declaración efectuada por la UTPR _____ ante la Delegación de Industria, con fecha de Registro de Entrada 02-01-1996. Se adjunta dicha copia como Anexo nº 2. El titular manifestó ignorar la razón por la que no se llegó a verificar la inscripción registral en dicha Delegación. _____






DESVIACIONES

- La instalación no ha sido inscrita en el Registro oficial de la Administración de Industria de la Comunidad Autónoma, incumpléndose por tanto el artículo 8º del Real Decreto 1891/1991, de instalación y utilización de instalaciones de radiodiagnóstico médico. _____

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear, el Real Decreto 783/2001 Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Madrid y en la sede del Consejo de Seguridad Nuclear a diecinueve de noviembre de dos mil ocho.



TRÁMITE. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45 del RD 1836/1999 citado, se invita a un representante autorizado del Centro "CLINICA DENTAL DR. [REDACTED]" (Ronda) para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.

Dr.D. [REDACTED]
Medico-Estomatologo
C/ [REDACTED]
29400-RONDA(Málaga)

Ronda,9 de Diciembre de 2008

D [REDACTED]
Inspector del C.S.N.

Muy señor mio:

Tengo el gusto de devolverle,por carta certificada,uno de los 2 ejemplares del Acta de Inspección que me remitió por correo tal y como me fue solicitado por usted.

En el apartado **TRAMITE** le apporto la siguiente **DOCUMENTACION**:

- **DOCUMENTO 1:** Se adjunta **TODA la Documentación** que fue presentada ante la Delegación de Industria con **Fecha de Registro de Entrada 2 de Enero de 1.996**,para **completar** la mención que usted hace en el Apartado Cuatro de Documentación y Anexo nº 2 en la que unicamente hace figurar copia de la Declaracion efectuada por la UTPR [REDACTED] no del resto de la documentación,para que de esta manera quede constancia de que presenté en tiempo y forma correcta todos los tramites reglamentarios que se me requirieron en su momento por la Administración para proceder a la **Inscripción** de mi equipo de radiodiagnóstico dental intraoral,por lo que considero que el que esta no se haya efectuado **no es** desde un punto de vista legal **responsabilidad mia**.
- **DOCUMENTO 2:** Se adjunta el Escrito y Documentacion entregados en la **CONSEJERIA de INNOVACION,CIENCIA Y EMPRESA con Fecha de Registro de Entrada 4 de Diciembre de 2008**,exponiendoles el problema existente y solicitandoles que procedan a la regularización mediante el correspondiente Registro Legal del Equipo.
Con lo que creo que demuestro ante la inspección la firme voluntad por mi parte de solucionar un incumplimiento del que no soy responsable en absoluto.

Atentamente le saluda:

[REDACTED]

Fdo: [REDACTED]
MEDICO-ESTOMATOLOGO

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
REGISTRO GENERAL
ENTRADA 23317
Fecha: 11-12-2008 11:51

TRAMITE

(En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45 del RD 1836/1999, citado se invita a un representante autorizado del centro "CLINICA DENTAL DR. BASURTE"(Ronda) para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del acta.)


En este apartado TRAMITE manifiesto mi conformidad con el contenido general del Acta, pero me veo en la **Obligación de aportar 2 DOCUMENTOS**, se **adjuntan a este TRAMITE** como, **DOCUMENTO 1** en el que aporto Toda la Documentación presentada con fecha 2 de Enero de 1996 ante la Delegación de Industria para que esta procediese a la Inscripción y Registro de mi equipo de radiodiagnóstico dental intraoral y como **DOCUMENTO 2** en el que aporto el Escrito y Documentación presentados con fecha 4 de Diciembre de 2.008 ante la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa para que esta proceda a regularizar la situación de mi instalación.

- **DOCUMENTO 1:** Se adjunta **TODA la Documentación** que fue presentada ante la Delegación de Industria con **Fecha de Registro de Entrada 2 de Enero de 1.996**, para **completar** la mención que el acta de inspección hace en el Apartado Cuatro de Documentación y Anexo nº 2 en la que unicamente hace figurar copia de la Declaración efectuada por la UTPR [REDACTED] no del resto de la documentación, para que de esta manera quede constancia de que presenté en tiempo y forma correcta todos los tramites reglamentarios que se me requirieron en su momento por la Administración para proceder a la **Inscripción** de mi equipo de radiodiagnóstico dental intraoral, por lo que considero que el que esta no se haya efectuado **no es desde un punto de vista legal responsabilidad mia.**
- **DOCUMENTO 2:** Se adjunta el **Escrito y Documentación entregados en la CONSEJERIA de INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA con Fecha de Registro de Entrada 4 de Diciembre de 2008**, exponiendoles el problema existente y solicitandoles que procedan a la regularización mediante el correspondiente Registro Legal del Equipo.


Con estos 2 DOCUMENTOS pretendo demostrar ante esta Inspección que el Incumplimiento en cuanto a la No Inscripción de mi instalación, no es responsabilidad mia, sino de una posible omisión o error por parte de la Administración e igualmente creo que debe de ser considerada por la Inspección la firme voluntad por mi parte de solucionar tambien ahora ante la administración pertinente un incumplimiento del que no soy responsable en absoluto.

En Ronda, a 9 de Diciembre de 2.008

Fdo: [REDACTED]



DILIGENCIA AL TRÁMITE DEL ACTA DE INSPECCIÓN


(CLINICA DENTAL DEL DR.  - Ronda)


Fecha de la inspección: 5 de noviembre de 2008

En relación con el Acta arriba referenciada el inspector que la suscribe declara con respecto a los comentarios o alegaciones formulados por el titular en el apartado TRÁMITE de la misma:

ALEGACIÓN O MANIFESTACION ÚNICA.- Se acepta la aclaración.

Madrid, a 16 de enero de 2009



Firmado: 

Inspector