

ACTA DE INSPECCION

D. [REDACTED], Inspector del Consejo de Seguridad Nuclear.

CERTIFICA: Que se personó el día veintiuno de febrero de dos mil diecisiete en la **FACULTAD DE BELLAS ARTES**, sita en [REDACTED] en Sevilla.


La visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva, ubicada en el emplazamiento referido, destinada a radiografía, cuya autorización de puesta en marcha fue concedida por el Ministerio de Industria y Energía con fecha 10 de febrero de 2000.

La Inspección fue recibida por D. [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], Supervisor, en representación del titular, quien aceptó la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la seguridad y protección radiológica.

Los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

De las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta:

- En el sótano primero, se encuentra una sala plomada, con visor acristalado, donde se encuentra un equipo de rayos X [REDACTED], _____
- El equipo se acciona siempre desde el exterior de la sala, la cual se encuentra señalizada. _____
- Disponen de un equipo de radiología digital [REDACTED]. _____
- Las condiciones habituales de funcionamiento son 52 kV, 160 mAs. _____
- Siemens efectúa las revisiones del equipo, en caso de avería. _____
- El servicio de PR de la Universidad efectuó en 2016 una revisión de la instalación y del equipo en lo relativo a la protección radiológica. _____



- En el Diario de Operación figuran la utilización del equipo. _____
- Disponen de una licencia de supervisor. _____
- Efectúan reconocimientos médicos en el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad. _____
- Disponen de dos dosímetros personales. _____
- Están elaborando el informe anual. _____

Con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear, el RD 1836/1999 por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, el RD 783/2001, por el que se aprueba el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes y la referida autorización, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Madrid, y en la Sede del Consejo de Seguridad Nuclear a veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete.



TRAMITE. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del RD 1836/1999, se invita a un representante autorizado de la **FACULTAD DE BELLAS ARTES** para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.

Fecha 22 de marzo de 2017

Pa

Supervisor de la instalación