

173 914

ACTA DE INSPECCION

D^a [REDACTED], Inspectora del Consejo de Seguridad Nuclear.

CERTIFICA: Que se ha personado el día seis de mayo de dos mil ocho en el almacén de la empresa **DIASORIN, S.A.**, sito en el edificio de "BOMI Ibérica, S.A." [REDACTED] en San Agustín de Guadalix (Madrid).


Que la visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva, ubicada en el emplazamiento referido, destinada a almacenamiento y comercialización de material radiactivo y cuya última modificación (MO-1) fue concedida por Consejería de Economía e Innovación Tecnológica de la Comunidad de Madrid con fecha 22 de Enero de 2007.

Que la Inspección fue recibida por D^a [REDACTED] responsable de calidad de DIASORIN y D. L. [REDACTED] Director de calidad de BOMI, en representación del titular, quienes aceptaron la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la seguridad y protección radiológica.

Que los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:

- La última modificación (MO-2) corresponde al cambio de ubicación de la sede social de "DIASORIN" (actualmente en [REDACTED] en [REDACTED] ALCOBENDAS, en Madrid).




CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
REGISTRO GENERAL

ENTRADA 14078


Fecha: 20-06-2008 12:04

- No ha habido modificaciones en el almacén de DIASORIN, con respecto a lo descrito en el acta anterior (referencia CSN/AIN/07/IRA/2442/07). _
- Este se encuentra ubicado en la planta baja de la nave de almacenamiento de la empresa "BOMI". _____
- El almacén se encuentra reglamentariamente señalado ("zona vigilada") y dispone de medios para establecer un acceso controlado (puerta cerrada con llave). _____


- Las dependencias son contiguas a las antiguas dependencias de "VITRO" y las de "TAPER" (ambas vacías el día de la inspección). Disponen de extintores de incendio instalados en las proximidades a los tres almacenes. _____
- Dentro de las dependencias correspondientes a "DIASORIN" se encuentra _____
u _____ Una parte dedicada a Kits de RIA destinado a ventas y otra la los Kits caducados pendientes de pasar al recipiente de residuos. _____
- El día de la inspección se encontraban almacenados varios Kits de RIA, pendientes de su distribución, con una cantidad total de I-125 inferior a 2000 K bq. _____
- Disponen de dos recipientes para residuos correspondientes a los Kits de RIA no distribuidos y caducados: un cubo metálico destinado a los residuos mas recientes desde donde pasan a una caja para almacenar las bolsas etiquetadas adecuadamente para su posterior retirada por ENRESA; el día de la inspección se encontraban tres bolsas de estos residuos (mixtos); la última recogida de ENRESA es de fecha 21-02-07.
- Tasas de dosis medida dentro del almacén: fondo. Dentro del contenedor de residuos más recientes: 1.3 μ Sv/h. _____
- Estaba disponible el equipo de detección de marca Mini Instruments, serie 900 Modelo 5.40 (n/s 022310), en estado operativo (calibrado en el _____ el 27-11-06). _____
- Dentro del almacén disponen de un TLD de área. _____



- Según se manifiesta la empresa "BOMI" es la encargada de gestionar la recepción, el almacenaje y la distribución del producto así como su transporte. _____
- BOMI disponen de registros informáticos actualizados con todas las entradas de material y su distribución. Estos mismos registros se encuentran en la sede social de Diasorin (Datos reflejados en los informes trimestrales enviados al CSN). _____
- Estaba disponible el Diario de Operaciones de la instalación, con anotaciones generales. _____
- Han enviado los todos los informes trimestrales, correspondientes a las actividades de comercialización (especificación 30ª); último corresponde al primer trimestre de 2008, enviado al CSN el 29-04-08; así como el informe anual (especificación 21ª), enviado al CSN el 02-04-08. _____
- Estaban disponibles las lecturas dosimétricas – procesadas por _____ - correspondientes a 3 TLDs personales - (correspondientes a las tres personas, en Bomi, designadas para empaquetar los productos de DIASORIN) y uno de área. Valores no significativos (fondo). _____
- Han realizado un curso de formación, en colaboración con el comité de Seguridad de Riesgos laborales, el 20-02-07. _____
- Disponen de una licencia de supervisor, en vigor (correspondiente al "Director de Calidad de "BOMI"). La persona responsable de Calidad en DIASORIN, ha realizado un curso de "Supervisora de Instalaciones radiactivas para fuentes no encapsuladas" en _____ estaba disponible el título de fecha: 14-01-08; según manifiesta va ha solicitar la licencia próximamente. _____
- Estas dos personas realizan revisiones médicas anuales en _____ respectivamente. _____
- Estaba disponible el justificante de actualización del contrato con _____ para casos de emergencia de fecha 13-06-07 (enviado al CSN el 05-07-07). _____



Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 (reformada por Ley 33/2007) de creación del Consejo de Seguridad Nuclear; la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear; el RD 1836/1999 (modificado por RD 35/2008) por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas; el RD 783/2001, por el que se aprueba el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes y la referida autorización, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Madrid y en la Sede del Consejo de Seguridad Nuclear a ocho de mayo de dos mil ocho.



TRÁMITE. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45 del RD 1836/1999, se invita a un representante autorizado de **“DIASORIN, S.A.”**, en Alcobendas (Madrid), para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.

Madrid a 12 de Junio de 2008

CONFORME

Diasorin, S.A.
LA VEGA, 1

Fdo.: