

Trámite Simplificado
03/02/16
INSTALACIONES RADIACTIVAS

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ESPECIALES	OBSERVACIONES
9	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	<p>Nombre: SGS TECNOS, SA</p> <p>Localidad: MADRID</p> <p>IRA-0089 A</p> <p>Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-56/IRA/0089 A/16</p> <p>Fecha Solicitud: 16-12-15</p>	<p>Autorización de modificación para:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ampliación de las dependencias de la delegación de Zamudio (Vizcaya) para la incorporación de dos búnkeres para de piezas 	<p>La especificación 12ª requiere la comunicación al CSN cuando la instalación esté en disposición de iniciar el funcionamiento de los nuevos búnkeres para que pueda realizarse inspección previa a la Notificación de Puesta en Marcha de la modificación.</p>	<p>El objeto de la ampliación solicitada es dar respuesta a una creciente demanda de radiografiado de componentes aeronáuticos de fundición.</p>
10	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	<p>Nombre: Cementos Portland Valderribas, SA</p> <p>Localidad: MORATA DE TAJUÑA (Madrid)</p> <p>IRA-0068</p> <p>Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-7/IRA-0068/16</p> <p>Fecha Solicitud: 22-10-15</p>	<p>Autorización de modificación para:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Baja de tres equipos de fluorescencia de rayos X 	<p>N/A</p>	<p>Cuando se autorizaron estos tres equipos citados no disponían de aprobación de tipo, que han obtenido después, por lo que se informa su baja de la autorización, con independencia de que puedan permanecer en uso en la instalación.</p>

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ESPECIALES	OBSERVACIONES
11	AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO	<p>Nombre: Clínica Veterinaria Leganés Norte</p> <p>Localidad: LEGANÉS (Madrid)</p> <p>IRA-3330</p> <p>Referencia informe técnico: CSN/IEV/PM/IRA/3330/16</p> <p>Fecha Solicitud: 04-09-15</p>	<p>Autorización de Funcionamiento de una nueva instalación radiactiva de 3ª categoría que dispondrá de:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fuentes radiactivas no encapsuladas. 	<p>La especificación 13ª requiere la comunicación al CSN cuando la instalación esté en disposición de iniciar el funcionamiento para que se realice una inspección previa a la Notificación de Puesta en Marcha.</p>	<p>La instalación se dedicará a terapia metabólica en gatos afectados por patología tiroidea.</p> <p>Es la primera instalación radiactiva en España dedicada a esta patología.</p>
12	AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO	<p>Nombre: TELTRONIC, SAU</p> <p>Localidad: ZARAGOZA</p> <p>IRA-3339</p> <p>Referencia informe técnico: CSN/IEV/PM/IRA-3339/16</p> <p>Fecha Solicitud:12-11-15</p>	<p>Autorización de Funcionamiento de una nueva instalación radiactiva de 3ª categoría que dispondrá de:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Un equipo de rayos X. 	<p>La especificación 12ª requiere la comunicación al CSN cuando la instalación esté en disposición de iniciar el funcionamiento para que se realice una inspección previa a la Notificación de Puesta en Marcha.</p>	<p>La instalación se dedicará a radiografía industrial con fines de control de calidad de circuitos electrónicos mediante rayos X.</p>
13	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	<p>Nombre:MATSA, MINAS DE AGUAS TEÑIDAS, SAU</p> <p>Localidad: Almonaster La Real (Huelva)</p> <p>IRA-2892</p> <p>Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-5/IRA/2892/16</p> <p>Fecha Solicitud: 01-12-15</p>	<p>Autorización de modificación para:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Incorporar otro equipo medidor de densidad similar a los que ya tiene autorizados 	<p>La especificación 12ª requiere la comunicación al CSN cuando la instalación esté en disposición de iniciar el funcionamiento del nuevo equipo para que se realice una inspección previa a la Notificación de Puesta en Marcha de la modificación.</p>	<p>El nuevo equipo estará situado en Mina Magdalena</p>

Trámite Simplificado

03/02/16

INSTALACIONES RADIATIVAS (ENCOMIENDAS)

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ESPECIALES	OBSERVACIONES
GC/03	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	Nombre: Grupo Hospitalario Quirón S.A. Localidad: Barcelona IRA-29 Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-0008/IRA-0029/15 Fecha Solicitud: 11-07-2014	Autorización de modificación para: - Aumento carga de trabajo de los aceleradores lineales - Incorporación de tratamientos por la técnica de IMRT - Actualización de domicilio social y ubicación de la instalación radiactiva	- Al iniciar el funcionamiento de la modificación, se remitirán al SCAR los resultados de las medidas efectuadas para verificar que los blindajes son idóneos. - Durante el primer año de funcionamiento con la nueva carga de trabajo, el titular controlará los niveles de radiación en las zonas adyacentes a las salas blindadas en las que se alojan y se enviarán al SCAR los resultados de las lecturas mensuales.	Evaluado por SCAR