

Trámite Normal
26/04/17
INSTALACIONES RADIATIVAS

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ESPECIALES	OBSERVACIONES
53	AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO	<p>Nombre: HOSPIVALENCIA 2008, SL</p> <p>Localidad : BURJASSOT (Valencia)</p> <p>IRA/3369</p> <p>Referencia informe técnico: CSN/IEV/PM/IRA-3369/2017</p> <p>Fecha Solicitud: 27/12/2016</p>	<p>Solicita autorización de funcionamiento de una nueva instalación radiactiva de 2ª categoría que dispondrá de:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Un acelerador lineal de electrones, modelo Versa HD, de la firma Elekta. - El acelerador lleva incorporado un sistema de guiado por imagen OBI (On Board Image), con generador de rayos X. - Equipo de braquiterapia automática de alta tasa de dosis Flexitron HDR, de la firma ELEKTA-NUCLETRON, que incorpora una fuente radiactiva encapsulada. - Dos fuentes radiactivas encapsuladas para verificación del equipamiento 	<p>La especificación 12ª requiere la comunicación al CSN cuando la instalación esté en disposición de iniciar su funcionamiento para que pueda realizarse inspección previa a la Notificación de Puesta en Marcha</p>	<p>La instalación de radioterapia se instalará dentro de las dependencias del Hospital IMED Valencia, que es de nueva creación y está aumentando paulatinamente sus servicios.</p>