

Trámite Normal
07/02/18
INSTALACIONES RADIATIVAS

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
22	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	Nombre: HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LAS NIEVES Localidad: GRANADA IRA-0922 Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-9/IRA-0922/2018 Fecha Solicitud: 16-06-2017	Autorización de Modificación de una Instalación radiactiva de Radioterapia de 2ª categoría consistente en: <ul style="list-style-type: none">- Sustitución de un acelerador lineal de electrones de la firma Varian por otro de la firma Elekta, que puede emitir sin filtro aplanador (modo "flattening filter free (FFF)". Lleva incorporado un sistema de imagen para IGRT con tubo de RX- Sustitución de un TAC de GE Hispeed, por otro, de GE Discovery RT.- Cambio de ubicación del irradiador biológico.	El Hospital Virgen de las Nieves, dispone de un Servicio de Protección Radiológica autorizado por el CSN. De acuerdo con la Especificación 12, no podrá iniciarse el funcionamiento del acelerador lineal Elekta hasta que el titular disponga de la preceptiva Notificación de Puesta en Marcha, emitida por el CSN, tras hacerle una visita de inspección.