

Trámite Normal
13/06/18

INSTALACIONES RADIATIVAS

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
90	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	Nombre: COMPLEJO HOSPITALARIO DE NAVARRA Localidad: PAMPLONA IRA-0500 Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-10/IRA-0500/2018 Fecha Solicitud: 9/04/18	Autorización de Modificación por: - Incorporación de nuevo acelerador lineal marca VARIAN, modelo TrueBeam STx. Este equipo lleva incorporado un sistema de imagen con rayos X marca BRAINLAB. - Sustitución de un equipo de braquiterapia por otro similar marca ELEKTA, modelo Flexitron HDR.	Es el cuarto acelerador lineal que se instala en el Complejo Universitario de Navarra. Queda alojado en el búnker nº 4. De acuerdo con la Condición 13, no podrá iniciarse el funcionamiento del nuevo acelerador hasta que el titular disponga de la preceptiva Notificación de Puesta en Marcha, emitida por el CSN, una vez efectuada una visita de inspección.