

Trámite Simplificado

10/10/18

INSTALACIONES RADIATIVAS

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
121	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	Nombre: CENTRO METALURGICO DE INVESTIGACION AZTERLAN Localidad: DURANGO (Bizkaia). IRA-2232 Referencia informe técnico: CSN-PV/IIEV/MO-5/IRA-2232/18 Fecha Solicitud: 20/03/2018	Autorización de Modificación por: - Traslado de la cabina de rayos X a otro edificio. - Construcción de nuevo búnker de irradiación de piezas. - Traslado del sistema de rayos X al nuevo búnker.	La instalación se dedica a radiografía industrial y análisis de materiales por espectrometría de rayos X. De acuerdo con la Condición 10, no podrá iniciarse el funcionamiento de la modificación hasta que el titular disponga de la preceptiva Notificación de Puesta en Marcha, emitida por el CSN, una vez efectuada una visita de inspección. Evaluada por Gobierno Vasco.

EMPRESAS DE VENTA Y ASISTENCIA TECNICA DE EQUIPOS DE RAYOS X DE RADIODIAGNÓSTICO MÉDICO

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
122	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	<p>Nombre: TECNOLOGICALINE SERVICE, SL</p> <p>Localidad: VALLADOLID</p> <p>ERX/VA-0006</p> <p>Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-01/ERX/VA-0006/18</p> <p>Fecha Solicitud: 7/03/2018</p>	<p>Autorización de modificación de inscripción en el Registro de Empresas de Venta y Asistencia Técnica de equipos de rayos X de radiodiagnóstico médico para:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Venta de equipos de rayos X con fines de diagnóstico médico (intraoral) de la firma CSN INDUSTRIE 	<p>Se presenta copia del acuerdo de venta y distribución de TECNOLOGICALINE SERVICE, SL con la empresa fabricante de los equipos CSN INDUSTRIE.</p> <p>Se presenta copia del acuerdo firmado para la instalación y realización de las pruebas de aceptación de los equipos comercializados con otras ERX autorizadas para ello.</p>