

ACTA DE INSPECCIÓN

D. [REDACTED], funcionario de la Generalitat y acreditado por el Consejo de Seguridad Nuclear para actuar como inspector para el control del funcionamiento de las instalaciones radiactivas, la inspección de control de los Servicios de Protección Radiológica y de las Empresas de Venta y Asistencia Técnica de equipos de rayos X con fines médicos, y la inspección de transportes de sustancias nucleares o radiactivas, en la Comunitat Valenciana.

CERTIFICA: Que se ha personado el diez de febrero de dos mil nueve, en las instalaciones de del **INSTITUTO VALENCIANO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS**, sito en la [REDACTED] de Moncada, Valencia.

Que la visita tuvo por objeto la inspección de clausura solicitada por el Consejo de Seguridad Nuclear de una instalación radiactiva destinada a investigación, ubicada en el emplazamiento referido.

Que la inspección fue recibida por D. [REDACTED] técnico de mantenimiento del instituto, quien aceptó la finalidad de la misma en cuanto se relaciona con la Seguridad y Protección Radiológica.

Que la instalación dispone de la preceptiva Autorización de Puesta en Marcha y modificaciones posteriores, concedidas por la Dirección General de la Energía con fechas 24 de enero de 1990, 11 de enero de 1996 y 14 de marzo de 1996, respectivamente.

Que los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.


De las comprobaciones efectuadas por la inspección, así como de la información suministrada por el personal técnico responsable de la instalación, resulta que:

OBSERVACIONES

- La inspección estuvo acompañada por el personal responsable de la instalación y por personal de ENRESA. _____
- Por parte del personal de ENRESA se procedió a retirar la fuente encapsulada de Radio-226 de 370 kBq (10 μ Ci) de actividad, ubicada en el equipo de centelleo, modelo L _____ así como tres contenedores vacíos para depositar residuos líquidos. _____
- Se mostró a la inspección un informe de ausencia de contaminación radiológica en la instalación así como la hermeticidad de la fuente encapsulada retirada, firmado por la empresa _____ con fecha 16 de septiembre de 2008. _____
- Por parte del personal de mantenimiento del instituto se procedió a quitar toda señalización referente a radiactivo ubicada en la instalación. _____
- Asimismo, no quedaba ningún residuo en el interior del recinto alveolado inserto en una bancada de hormigón. _____

- Estaba disponible el Diario de Operaciones de la instalación, donde no se registra ninguna anotación debido a que no se ha utilizado en los últimos seis años. _____
- La instalación disponía de un detector, de la firma _____ modelo _____ número de serie 1428, disponiendo de certificado de calibración de origen de fecha 28 de enero de 2004. _____

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la ley 15/1980 (reformada por Ley 33/2007) de Creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la ley 25/1964 sobre Energía Nuclear, el RD 1836/1999 (modificado por el RD 35/2008) por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas; el RD 783/2001, por el que se aprueba el Reglamento de Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes, y la referida autorización, se levanta y suscribe la presente acta por duplicado en L'Eliana, en el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat a diecisiete de febrero de dos mil nueve.


EL INSPECTOR

Fdo.: _____

TRAMITE: En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45 del Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, se invita a un representante autorizado de la firma **INSTITUTO VALENCIANO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS**, para que con su firma, lugar y fecha manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.


EL DIRECTOR DEL IVIA

23 Febrero 2009

 **GENERALITAT VALENCIANA**
CONSELLERIA DE GOVERNACIÓ
Registre General

Data **26 FEB. 2009**

ENTRADA Núm. **4346**
HORA _____