

Trámite Normal
8/05/2019
INSTALACIONES RADIATIVAS

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
84	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	<p>Nombre: INSTITUTO MULTIDISCIPLINAR DE ONCOLOGÍA, SA</p> <p>Localidad: TOLEDO</p> <p>IRA-1996</p> <p>Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-8/IRA-1996/2019</p> <p>Fecha Solicitudes: 9-01-2019</p>	<p>Autorización de modificación para:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dar de baja un acelerador lineal de electrones, marca Varian, modelo VARIAN 600. - Incorporar un acelerador lineal de electrones para radioterapia marca Elekta, modelo Versa SRS/HD. <p>El acelerador tiene integrado un sistema de imagen de rayos X asociado.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sustituir un equipo TAC-Simulador modelo Philips MX8000 QUAD por otro, también de PHILIPS, modelo Big Bore. 	<p>Es una instalación de radioterapia que dispone de dos aceleradores, uno de los cuales se sustituye ahora por otro más moderno. Además, dispone de un TAC-Simulador que también se renueva.</p> <p>De acuerdo con la especificación 12ª, no podrá iniciarse el funcionamiento del nuevo acelerador hasta que el titular disponga de la preceptiva Notificación de Puesta en Marcha, emitida por el CSN, una vez efectuada una visita de inspección.</p>