

Trámite Normal
14/05/2019
INSTALACIONES RADIATIVAS

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
87	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	<p>Nombre: IDCQ HOSPITALES Y SANIDAD, SLU</p> <p>Localidad: MADRID</p> <p>IRA-2032</p> <p>Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-8/IRA-2032/2019</p> <p>Fecha Solicitudes: 22-03-2019</p>	<p>Autorización de modificación para:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dar de baja un acelerador lineal de electrones de la firma ACCURAY. - Incorporar un acelerador lineal de electrones firma ACCURAY, modelo CYBERKNIFE M6, más moderno que el anterior. <p>Este equipo lleva incorporado un sistema de imagen constituido por dos generadores de rayos X.</p>	<p>El CYBERKNIFE es un acelerador lineal montado sobre un brazo robotizado, lo que permite irradiar a los pacientes desde múltiples posiciones.</p> <p>De acuerdo con la especificación 12ª, no podrá iniciarse el funcionamiento del nuevo acelerador hasta que el titular disponga de la preceptiva Notificación de Puesta en Marcha, emitida por el CSN, una vez efectuada una visita de inspección.</p>
88	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	<p>Nombre HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN</p> <p>Localidad: MADRID</p> <p>IRA-0213 A</p> <p>Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-15/IRA-0213 A/2019</p> <p>Fecha Solicitudes: 21-12-2018</p>	<p>Autorización de modificación para:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dar de baja dos aceleradores lineales de electrones: un Philips y un Elekta - Incorporar dos aceleradores lineales de electrones Elekta modelo Versa HD. <p>Ambos disponen de un sistema sistema guiado de imagen "para "IGRT" (Image Guided Radiotherapy), con un tubo de rayos X</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sustitución del equipo de rayos X TC-simulador "Toshiba Aquileon" por un TC-simulador "Philips Brilliance CT-Big Bore". 	<p>El HU Gregorio Marañón dispone además de otros dos aceleradores.</p> <p>De acuerdo con la especificación 12ª, no podrá iniciarse el funcionamiento del nuevo acelerador hasta que el titular disponga de la preceptiva Notificación de Puesta en Marcha, emitida por el CSN, una vez efectuada una visita de inspección.</p>