

INSTALACIONES RADIATIVAS

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
192	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	Nombre: INSPECTORES Y CONSULTORES IBERCAL, SLU. Localidad: TRAPAGARÁN (Bizkaia). IRA-2095 Referencia informe técnico: CSN-PV/IEEV/MO-9/IRA-2095/19 Fecha Solicitud: 15-03-2018	Autorización de Modificación por: <ul style="list-style-type: none">- Traslado de la instalación desde ubicación actual a nueva ubicación en Valle de Trápaga (Bizkaia).- Baja de los equipos marca Technical Operations, modelo TO-660.- Limitar la actividad de los equipos QSA Global, mod. 880.	Se trata de una instalación dedicada a radiografía y gammagrafía industrial, así como análisis instrumental con equipos móviles de espectrometría por fluorescencia de rayos X. La especificación 11 requiere la comunicación al CSN, cuando esté en disposición de iniciar su funcionamiento en su nuevo emplazamiento, para que pueda realizarse inspección previa a la Notificación de Puesta en Marcha. Evaluado por Gobierno Vasco.

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
193	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	<p>Nombre: INSPECTORES Y CONSULTORES IBERCAL, SLU.</p> <p>Localidad: TRAPAGARÁN (Bizkaia).</p> <p>IRA-2095</p> <p>Referencia informe técnico: CSN-PV/IIEV/MO-9a/IRA-2095/19</p> <p>Fecha Solicitud: 15-03-2018</p>	<p>Autorización de Modificación por:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aprobación del Plan de Protección Física de la Instalación. 	<p>La evaluación del PPF ha comprobado el cumplimiento de requisitos establecidos en el RD 1308/2011, la Instrucción IS-41 del CSN, y la ITC aprobada por el Pleno del Consejo el 25/07/18 y ha conllevado PIAs.</p> <p>Se propone incluir una especificación estándar sobre modificaciones del PPF.</p> <p>Evaluado por Gobierno Vasco.</p>

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
194	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	<p>Nombre: BP OIL ESPAÑA, SAU</p> <p>Localidad: EL GRAO (Castellón)</p> <p>IRA-0999</p> <p>Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-12/PPF/IRA-0999/19</p> <p>Fecha Solicitud: 12-07-2018</p>	<p>Autorización de Modificación por:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aprobación del Plan de Protección Física de la Instalación. 	<p>La evaluación del PPF ha comprobado el cumplimiento de requisitos establecidos en el RD 1308/2011, la Instrucción IS-41 del CSN, y la ITC aprobada por el Pleno del Consejo el 25/07/18 y ha conllevado PIAs.</p> <p>Se propone incluir una especificación estándar sobre modificaciones del PPF.</p>