

INSTALACIONES RADIATIVAS

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
4	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	Nombre: APLICACIONES TECNOLÓGICAS, SA Localidad: POZUELO DE ALARCÓN (Madrid) IRA-2822 Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-4/IRA-2822/20 Fecha Solicitud: 10-12-2019	Autorización de Modificación por: <ul style="list-style-type: none">- Impartición de cursos de formación técnica a personal técnico	<p>Se trata de una instalación dedicada a comercialización de aceleradores lineales para radioterapia, almacenamiento y utilización de material radiactivo para calibración de pórticos, y comercialización y asistencia técnica de equipos de Braquiterapia Electrónica.</p> <p>La actividad formativa, al no dar lugar a ninguna licencia ni acreditación otorgada por el CSN, no requiere autorización, pero la impartición incluye prácticas con el equipo de braquiterapia que se realizará en un local de la empresa, lo cual sí necesita autorización.</p> <p>La especificación 13 requiere la comunicación al CSN, cuando esté en disposición de iniciar su funcionamiento esta modificación, para que pueda realizarse inspección previa a la Notificación de Puesta en Marcha.</p>
5	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	Nombre: INSTITUTO CATALÁN DE ONCOLOGÍA (Hospital Germans Trias i Pujol) Localidad: BADALONA (Barcelona) IRA-1950 Referencia informe técnico: CSN-GC/IEV/MO-10/IRA-1950/20 Fecha Solicitud: 24-07-2019	Autorización de Modificación para: <ul style="list-style-type: none">- Alta de una nueva dependencia para tratamientos de Radioterapia intraoperatoria, con un equipo portátil, ya autorizado.	<p>Se trata de una instalación dedicada a Radioterapia externa e Investigación mediante irradiación de células in vitro. El equipo que se utilizará ya está autorizado y es un equipo de rayos x portátil de la firma Xoft Inc</p> <p>La especificación 12 requiere la comunicación al CSN, cuando esté en disposición de iniciar su funcionamiento esta modificación para que pueda realizarse inspección previa a la Notificación de Puesta en Marcha.</p> <p>Evaluado por el SCAR de Cataluña</p>

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
6	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	<p>Nombre: HOSPITAL UNIVERSITARIO MADRID NORTE SANCHINARRO, SA</p> <p>Localidad: MADRID</p> <p>IRA-2845</p> <p>Referencia informe técnico: CSN/IEV/PPF/MO-2/IRA-2845/2020</p> <p>Fecha Solicitud: 19-03-2018 y 28-06-2019</p>	<p>Autorización de Modificación por:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aprobación del Plan de Protección Física 	<p>En la evaluación del PPF se ha comprobado el cumplimiento de los requisitos establecidos en el RD 1308/2011, la Instrucción IS-41 del CSN, y la ITC aprobada por el Pleno del Consejo el 25/07/18.</p> <p>Se propone incluir una especificación estándar sobre el PPF en este tipo de modificaciones referidas al Plan de Protección Física.</p>
7	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	<p>Nombre: GE HEALTHCARE UNIDAD CENTRAL DE RADIOFARMACIA DE GALICIA, SL</p> <p>Localidad: ORDES (A Coruña)</p> <p>IRA-2444</p> <p>Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-9/IRA-2444/20</p> <p>Fecha Solicitud: 5-12-2019</p>	<p>Autorización de modificación para:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Manipulación y comercialización de generadores para producción de radiofármacos 	<p>La compañía se dedica a adquirir radioisótopos no encapsulados y preparar radiofármacos para uso clínico.</p>