

INSTALACIONES RADIATIVAS

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
98	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	Nombre: HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET Localidad: ZARAGOZA IRA-0677 Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-12/IRA-0677/2020 Fecha Solicitud: 9-03-2020	Autorización de modificación para: - Instalar un nuevo acelerador lineal de electrones, marca ELEKTA, modelo VERSA HD. El equipo cuenta con un sistema de imagen de rayos-X	El Hospital ya cuenta con otros dos aceleradores. El nuevo acelerador se instala en un búnker ya construido que ha habido que reforzar en determinadas zonas. La Especificación 12ª requiere la comunicación al CSN cuando la instalación esté en disposición de iniciar su funcionamiento del nuevo acelerador para que pueda realizarse inspección previa a la Notificación de Puesta en marcha.
99	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	Nombre: HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CÁCERES Localidad: CÁCERES IRA-3439 Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-1/IRA-3439/20 Fecha Solicitud: 20 y 27-02-2020	Autorización de modificación para incorporar: - El quirófano nº 11 en la Unidad de radioterapia intraoperatoria (RIO) - Un Equipo TAC para Simulación de Radioterapia, marca SIEMENS, modelo SOMATON CONFIDENCE RT Pro 20. - Un acelerador lineal de electrones modelo Versa HDTM Signature de la marca ELEKTA, que integra un sistema de rayos X para imagen. - Dos fuentes radiactivas de calibración	La IRA, autorizada en 2019, solo disponía de un equipo móvil de braquiterapia electrónica, con tubo de rayos X para radioterapia intraoperatoria y superficial. Con los nuevos equipos pasa de 3ª a 2ª categoría. La Especificación 12ª requiere la comunicación al CSN cuando la instalación esté en disposición de iniciar su funcionamiento del nuevo acelerador para que pueda realizarse inspección previa a la Notificación de Puesta en marcha.

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
100	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	<p>Nombre: Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de a Sta. Creu i St. Pau SL</p> <p>Localidad: Barcelona (Barcelonès)</p> <p>IRA-0626</p> <p>Referencia informe técnico: CSN-GC/IEEV/MO-14/IRA-0626/20</p> <p>Fecha Solicitud: 08-08-2019</p>	<p>Autorización de modificación de la instalación radiactiva consistente en:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alta de un equipo de braquiterapia de alta tasa de dosis (HDR) de la firma Varian, modelo Bravos. - Baja de material radiactivo autorizado. - Modificación del uso de las habitaciones E103 y E104, que podrán ser utilizadas también para el ingreso de pacientes sometidos a braquiterapia. 	<p>La especificación 12ª requiere la comunicación al CSN cuando la instalación esté en disposición de iniciar su funcionamiento para que pueda realizarse inspección previa a la Notificación de Puesta en marcha de la instalación modificada</p> <p>La evaluación ha sido efectuada por el SCAR</p>