

INSTALACIONES RADIATIVAS

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
03	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	Nombre: HOSPITAL SANT JOAN, SAM, DE TORTOSA Localidad: TORTOSA IRA-2920 Referencia informe técnico: CSN-GC/IIEV/MO-2/IRA-2920/2020 Fecha Solicitud: 12-08-2020	Autorización de modificación para: - Posesión y uso de un acelerador lineal de electrones de la firma VARIAN, modelo TrueBean. El acelerador dispone de un sistema de imagen asociado de la firma VARIAN, KV Imager - Baja del acelerador de electrones de la firma VARIAN, modelo Clinac 2100 C/D y su sistema de imagen VARIAN OBI, que será sustituido por el anterior	El Hospital Sant Joan SAM dispone de una instalación radiactiva de Radioterapia. El nuevo acelerador TrueBean va a sustituir al acelerador Clinac, ambos de VARIAN, este último del que se solicita su baja. En la especificación 8ª se incluye la autorización de este acelerador Clinac, hasta su sustitución y retirada definitiva de la instalación En la especificación 12ª se establece que no podrá iniciarse el funcionamiento de la Modificación (acelerador TrueBean), hasta que no se disponga de la Notificación de PM otorgada por el CSN, tras la realización de la preceptiva visita de inspección. La evaluación ha sido realizada por el SCAR de Cataluña.